

---

**AZIENDA OSPEDALIERA  
“PAPA GIOVANNI XXIII” DI BERGAMO**

**CAPITOLATO SPECIALE**

PROCEDURA CONCORSUALE APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  
STERILI MONOUSO -PREVALENTEMENTE IN TNT- CONTENUTI IN PACCHI  
PROCEDURALI PER SALA OPERATORIA PER UN PERIODO MESI SETTANTADUE



## Indice

Indice .....	2
PARTE PRIMA .....	3
1 Oggetto e durata dell'appalto.....	3
2 Normativa di riferimento .....	4
3 Caratteristiche della fornitura e del servizio .....	5
4 Documentazione tecnica da produrre .....	7
5 Criteri di aggiudicazione.....	8
6 CAMPIONATURA/PROVA VISIONE.....	10
7 OFFERTA ECONOMICA .....	10
8 Aggiornamento tecnologico.....	10
9 Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.....	11
PARTE SECONDA.....	12
10 Esecuzione del contratto e controlli.....	12
11 Esonero di responsabilità e trasferimento dei rischi .....	13
12 Risoluzione del contratto .....	14
13 Sub appalto e Cessione del contratto o dei Crediti .....	14
14 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo .....	15
15 Penalità .....	16
16 Fatturazione e pagamenti.....	17
17 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....	17
18 Contestazioni e controversie.....	19
19 Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni.....	19
20 Diritto di recesso.....	19
21 Spese contrattuali.....	19
22 Foro competente .....	19
23 Revisione prezzi.....	19
24 Brevetti e diritti d'autore .....	20
25 Termini e Comminatorie.....	20
26 Norme di riferimento .....	20
27 Accesso agli atti.....	20
28 Codice etico .....	21
29 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali .....	21
30 Codice di comportamento.....	22
31 Legge anti corruzione – art. 1, co. 42, lett. l.....	22
32 Clausola di salvaguardia .....	22
33 Clausola di estensione.....	23



## PARTE PRIMA

### 1 Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la gestione in service di dispositivi medici sterili monouso - prevalentemente in TNT- contenuti in pacchi procedurali per sala operatoria, nonché in formato sfuso, da destinare alle seguenti Aziende Ospedaliere:

- ⇒ A.O. "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo;
- ⇒ A.O. "Carlo Poma" di Mantova;
- ⇒ A.O. di Treviglio e Caravaggio.

La gara darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende Ospedaliere partecipanti all'aggregazione.

Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con il provvedimento di aggiudicazione della gara per l'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con la deliberazione di presa d'atto dell'esito della gara per le Aziende Ospedaliere mandanti e con la stipula dei relativi contratti.

Il presente capitolato, la documentazione di gara, le successive lettere di aggiudicazione e di stipula contratto, unitamente all'offerta dell'aggiudicatario, terranno luogo di contratto e regoleranno i rapporti e le obbligazioni tra fornitore e singole Aziende Ospedaliere.

Il contratto avrà durata di 72 mesi, a far tempo dalla data stabilita in sede di stipulazione del contratto stesso.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di rinnovare il contratto sino ad un massimo di altri 36 mesi, di procedere ad eventuale proroga per il tempo strettamente necessario ad addivenire all'assegnazione della fornitura successiva, nonché di interrompere la fornitura con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della presente gara o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa, senza che l'Appaltatore possa chiedere risarcimenti o indennizzi di alcun tipo.

La base d'appalto, non superabile, è fissata in €. 15.030.000,00 + IVA, di cui €.10.020.000,00 per i 72 mesi (6 anni) iniziali + €. 5.010.000,00 + IVA relativi all'eventuale rinnovo triennale.

In sede d'offerta i concorrenti dovranno rispettare pure i sotto riportati importi massimi per singola A.O.:

<u>AA.OO.</u>	<u>COSTO ANNUO TOTALE MAX</u>
"PAPA GIOVANNI XXIII" DI BERGAMO	€.1.066.000,00 + IVA
"CARLO POMA" DI MANTOVA	€.433.000,00 + IVA
TREVIGLIO/CARAVAGGIO	€.171.000,00 + IVA
<b>BASE D'APPALTO ANNUA TOTALE</b>	<b>€.1.670.000,00 + IVA</b>

Qualora nel corso del contratto venga attivata apposita convenzione da parte di Consip S.p.A. e/o da parte dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente i prodotti/servizi del presente

appalto, l'Azienda Ospedaliera, in caso di prezzi superiori rispetto a tali convenzioni procederà ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di gara. In caso di mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, previo congruo preavviso. Lo stesso dicasi qualora le competenti autorità (es. AVCP, Ministero, ecc.) stabiliscano specifici prezzi di riferimento.

Non è consentito offrire prodotti alternativi, pena esclusione dalla gara della ditta.

N.B.: salvo eccezioni espressamente esplicitate, le prescrizioni/condizioni indicate nel presente capitolato speciale, sono applicabili a tutte le Aziende Committenti.

I fabbisogni per ciascuna Azienda Committente sono quelli individuati nell'allegato "Scheda d'offerta con fabbisogni".

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera può effettuare, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, la sospensione della fornitura per quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di variazioni negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative dei Reparti utilizzatori.

Oltre ai prodotti oggetto di gara, la Ditta aggiudicataria è tenuta alla fornitura anche di quei prodotti (in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti) che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze dell'Azienda Ospedaliera. Per questo viene chiesto alle Ditte concorrenti di praticare uno sconto su listino, che dovrà essere allegato all'offerta e che si intenderà fisso per tutta la durata del contratto.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno. Le quantità indicate sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa dell'Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni stipulate dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti e/o da CONSIP ai sensi della Legge 23.12.1999 n.488, art. 26 e s.m.i.. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli presunti.

## **2 Normativa di riferimento**

In esecuzione della L.R. n. 11 del 03.08.2011 e dell'Allegato 3 alla D.G.R. 2633/2011, la presente procedura di gara viene esperita mediante utilizzo della piattaforma telematica di Regione Lombardia, SinTel.

La descrizione del sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nel Regolamento cui si fa espresso rinvio.

Per le fattispecie non espressamente disciplinate dalla documentazione di gara, costituita dal Regolamento e dal presente Capitolato Speciale, trova applicazione la seguente normativa vigente in materia:

- Legge Regionale n. 33/2007;
- D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- DPR n. 207/2010;
- D.lgs. n. 82/2005 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 235/2010;
- DGR X/818 del 25.10.2013;
- Legge n. 190/2012;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ex DGR n. X/1299/2014;
- Codice Etico Aziendale;
- Codice di comportamento;
- Patto di integrità dei contratti pubblici regionali;
- Disposizioni contenute nel Codice Civile.

### 3 Caratteristiche della fornitura e del servizio

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali richiesti, si rinvia allo specifico allegato “Specifiche tecniche dei materiali”, nonché all’allegato “Protocolli set”.

Ai fini della valutazione dei requisiti tecnici minimi richiesti, si fa presente che la Commissione Tecnica farà riferimento all’allegato “Verifica requisiti minimi”.

#### Servizi annessi

Il fornitore dovrà assicurare consegne programmate per poter eseguire in ogni caso qualsiasi tipo di intervento chirurgico, senza accumulare scorte di magazzino eccessive, in armonia con le esigenze di ogni blocco operatorio.

Nel corso della fornitura è prevedibile che i pacchi procedurali necessitino di essere adeguati al cambiamento tecnologico ed alle tecniche chirurgiche, nonché alle tipologie di interventi effettuati, o semplicemente a seguito della definizione di pacchi procedurali che al momento dell’avvio della presente gara non risultano tra quelli indicati. La variazione dei pacchi dovrà essere concordata e trovare consenso tra la singola Azienda Ospedaliera facente parte della presente aggregazione e l’aggiudicatario. La modifica nel contenuto dei pacchi procedurali, potrà riguardare, oltre al materiale in TNT, anche altri dispositivi che il fornitore potrà indicare nella propria offerta, sulla base dell’esperienza acquisita, a tal proposito si chiede che in tale offerta sia indicato il costo in caso di acquisto e in caso di introduzione nel set o sfuso. Il costo del processo di variazione dovrà essere pari A ZERO per l’azienda appaltante.

I tempi di consegna dei nuovi pacchi procedurali successivamente all’accordo effettuato fra Ditta ed Azienda Ospedaliera, dovranno pervenire entro 90 giorni dall’ordinativo di fornitura.

La ditta aggiudicataria dovrà identificare i set con i codici generici della azienda appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere che il trasportatore o corriere collabori con il personale della struttura (Azienda Ospedaliera o Operatore Logistico) nello stoccare il materiale nella zona di deposito scelta dalla azienda.

In particolare, l’A.O. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo potrebbe prevedere di aggiungere alla zona di deposito primaria, l’operatore logistico, anche la Farmacia Sale operatorie, o in caso direttamente presso sale operatorie, per necessità operative interne ed insindacabili. Il materiale, in qualsiasi situazione, dovrà sempre transitare dall’operatore logistico (per il carico della bolla/eventuale scarico di parte del materiale) e successivamente essere consegnato a cura del

fornitore in azienda, fino alla zona di deposito, con allocazione del materiale. L'ingresso del materiale in azienda potrebbe essere dal magazzino intermodale (zona dell'interporto) o secondo le modalità che verranno indicate dalla Logistica Ospedaliera, (attività che dovrà essere condivisa con le funzioni aziendali coinvolte nel processo di accesso alla azienda e dei trasporti interni).

Tutte le attività sopra riportate, compresa l'allocazione del materiale presso i magazzini individuati dall'Azienda dovranno essere riportate in un progetto e saranno a totale carico del fornitore. Tali attività dovranno essere previste sempre nelle consegne mensili (Operatore logistico e Ospedale), in caso di richieste oltre la programmazione mensile lo scarico potrà avvenire anche solo presso l'operatore logistico.

Il personale del fornitore dovrà partecipare attivamente della definizione del sottoscorta e riapprovvigionamento con le funzioni aziendali deputate alla attività e evitare rotture di stock.

Il Personale del fornitore dovrà fornire strumenti di analisi dei costi (report mensili) e sistemi di migioria nella gestione di tali materiali.

N.B.: qualora il set non dovesse avere uno specifico repertorio, il fornitore dovrà fare in modo che le AA.OO. possano tracciare il consumo dei singoli componenti del pacco, in ottemperanza alle disposizioni regionali inerenti l'Osservatorio Acquisti.

#### Personale

La ditta fornitrice dovrà prevedere una quantità di personale adeguato, per l'organizzazione e cura delle fasi di competenza nonché indicare un responsabile del controllo di qualità, reperibile tutti i giorni 24h, in grado di risolvere gli eventuali problemi connessi all'esecuzione del contratto.

La superiore richiesta non implica, in alcun modo, obbligo per la ditta di prevedere unità di personale da destinare stabilmente a tale attività presso i locali messi a disposizione dall'Azienda.

La ditta sarà responsabile della condotta del personale utilizzato, che dovrà essere idoneo e di gradimento dell'Azienda, la quale si riserva l'insindacabile facoltà di chiederne la sostituzione qualora venisse riscontrato un comportamento riprovevole ed inaccettabile.

Per il personale utilizzato l'appaltatore si obbliga a provvedere alle retribuzioni, a corrispondere tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali ed ogni altro adempimento inerente al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'appaltatore si impegna a documentare quanto sopra qualora l'Azienda lo richieda.

Il predetto personale sarà gestito dalla ditta appaltatrice e nessun vincolo o rapporto potrà sorgere o essere vantato nei confronti della Stazione Appaltante.


La ditta aggiudicataria dovrà rendere distinguibile il proprio personale con apposito tesserino di riconoscimento, secondo la normativa in vigore.

L'Azienda, qualora rilevi l'eventuale deficienza quantitativa e qualitativa del personale, potrà chiedere all'appaltatore misure idonee a migliorare il servizio o a sostituire immediatamente quello che non si dimostrasse idoneo allo stesso.

La Azienda si riserva la insindacabile facoltà di chiedere la sostituzione qualora venisse a conoscenza di un qualsiasi grave procedimento giudiziario a carico del personale gestito dall'aggiudicatario.

#### Formazione ed assistenza

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di personale di comprovata esperienza in sala operatoria e di adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica e la formazione del personale sul corretto ed appropriato uso del materiale, che dovrà essere adeguato alle tipologie degli interventi. Tale presenza dovrà essere garantita in ogni blocco operatorio dei vari Presidi Ospedalieri.



Dopo la fase di avvio del contratto, la ditta dovrà ancora garantire il supporto in loco di detto personale, secondo tempi e modalità da concordare con i caposala dei gruppi operatori.

#### Peculiarità relative all'A.O. di Treviglio

Si richiede la consegna settimanale o quindicinale dei set e del materiale necessario, con gestione a carico del fornitore, in base alle esigenze di ogni Presidio, e separatamente per ogni blocco operatorio.

#### Peculiarità relative all'A.O. di Mantova

La Ditta aggiudicataria, dovrà provvedere all'invio del materiale con mezzi propri, corriere o altro, presso il Presidio Ospedaliero richiedente.

Relativamente il Presidio Ospedaliero di Mantova la Ditta dovrà transitare dal Magazzino Generale dove un operatore dell'Azienda Ospedaliera provvederà ad accompagnare il fornitore/corriere incaricato presso il magazzino dedicato al TNT delle Sale Operatorie, blocco B2.

Per quanto riguarda i Presidi Ospedalieri di Asola e Pieve di Coriano, la ditta dovrà scaricare e consegnare il materiale ai rispettivi Magazzini Generali.

Lo scarico del materiale consegnato e lo stoccaggio dello stesso, suddiviso per tipologia di prodotto con modalità FIFO, sarà a carico del fornitore ovvero del corriere incaricato della consegna.

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi al bisogno dalla Struttura Funzione Acquisti e le consegne saranno concordate con i Magazzini dei singoli Presidi Ospedalieri

In casi di particolare urgenza, le consegne dovranno essere garantite entro 24 ore consecutive dal ricevimento della richiesta, sabato e festivi esclusi.


La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i set in TNT ed il materiale in TNT sfuso presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura e più precisamente:

- per il Presidio Ospedaliero di Mantova presso il magazzino dedicato al TNT delle Sale Operatorie, blocco B2 – Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.30;
- per il Presidio Ospedaliero di Asola presso il Magazzino Generale – P.zza 80° Fanteria, 1 – 46041 Asola (MN), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.30;
- per il Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano (MN) presso il Magazzino Generale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.30.

#### **4 Documentazione tecnica da produrre**

La ditta dovrà inviare i seguenti documenti, in lingua italiana:

- 1) dichiarazione con la quale attesta:
  - numero di fax, telefono e nome del referente che seguirà tutte le procedure della prova in uso;
  - che tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, avranno, al momento della consegna, una scadenza non inferiore ai 2/3 dell'intero periodo di validità;
  - la presenza/assenza di lattice.
- 2) codice di riferimento della CND (classificazione nazionale dispositivi medici) adottata dal Ministero della Salute;
- 3) numero di repertorio registrato presso il Ministero delle salute;



- 4) scheda tecnica dettagliata del fabbricante se non presente sul sito del Ministero della salute ed eventuali altre documentazioni certificanti la corrispondenza alle caratteristiche richieste in capitolato;
- 5) scheda informativa dispositivi proposti, secondo il fac-simile allegato;
- 6) schema *d'offerta* senza evidenza dei prezzi restituito compilato in formato word nella cartella zip contenente la documentazione tecnica;
- 7) catalogo/documentazione illustrativa dei prodotti offerti;
- 8) progetto dettagliato che descriva le modalità di esecuzione della fornitura con particolare riferimento ai servizi annessi.
- 9) relazione tecnica, firmata digitalmente, che descriva dettagliatamente il progetto di addestramento, formazione ed aggiornamento del personale delle Aziende Ospedaliere, la tipologia e le modalità di esecuzione del servizio di assistenza post vendita;
- 10) eventuali altre documentazioni necessarie ai fini della valutazione qualitativa dei sistemi proposti;
- 11) elenco dei documenti presentati.

## 5 Criteri di aggiudicazione

Atteso che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", si specifica che i punteggi massimi attribuibili ai singoli elementi valutativi, in totale 100 punti, verranno così distribuiti:

- massimo 40 punti al prezzo complessivo più basso;
- massimo 60 punti all'aspetto qualitativo, come di seguito specificato.

### OFFERTA ECONOMICA

**massimo 40 punti**

Il punteggio massimo di 40 sarà attribuito automaticamente dal Sistema alla migliore offerta economica complessiva presentata. Alle altre quotazioni saranno attribuiti, sempre automaticamente dalla piattaforma, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$PE = PE_{max} \times P_{min}/P_o$$

dove:

$PE_{max}$  = Punti economici assegnabili

$P_{min}$  = prezzo più basso presentato in gara;

$P_o$  = prezzo offerto dal singolo concorrente.

### OFFERTA TECNICA

**massimo 60 punti**

Il calcolo degli elementi di valutazione di natura qualitativa verrà effettuato utilizzando i criteri indicati all'Allegato P del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", utilizzando la seguente formula:

### METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$



dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta ( $a$ );

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito;

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta ( $a$ ) rispetto al requisito ( $i$ ) variabile tra zero e uno;

$\Sigma n$  = sommatoria;

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati, secondo il criterio a4) dell'Allegato P, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione del punteggio afferente l'"OFFERTA TECNICA" avverrà, con valutazioni che oscilleranno per ogni parametro, tra un valore 0 e un valore 1, in corrispondenza della performance minima o massima realizzata secondo i seguenti criteri:

punteggio cent.le 0	in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato, e/o non completa corrispondenza a quanto richiesto;
punteggio cent.le 0,25	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "insufficiente";
punteggio cent.le 0,50	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "sufficiente";
punteggio cent.le 0,65	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "più che sufficiente";
punteggio cent.le 0,75	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "buono";
punteggio cent.le 0,85	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "distinto";
punteggio cent.le 1	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "ottimo".

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

#### ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

Il punteggio massimo previsto di 60 punti, sarà suddiviso come dettagliato nello specifico allegato "Criteri di valutazione qualitativa".

Successivamente, all'Operatore Economico che, in sede di valutazione qualitativa, avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 60 punti; i punteggi delle altre ditte saranno riparametrati mediante l'applicazione della seguente formula:

$$y = (Q_b * 60) / Q_o \text{ dove:}$$

$y$  = punti da attribuire all'offerta presa in considerazione;

$Q_o$  = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato;

$Qb$  = punteggio tecnico-qualitativo assegnato all'Operatore Economico considerato

Saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le Ditte che avranno ottenuto, **prima dell'operazione di riparametrazione, i punteggi minimi indicati nell'allegato "Criteri di valutazione qualitativa"**.

In caso di offerte giudicate anormalmente basse, si procederà con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (artt. 86, 87, 88) e successive modifiche.

L'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verrà pronunciata a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

## 6 CAMPIONATURA/PROVA VISIONE

Per quanto attiene al materiale da consegnare ai fini valutativi, si fa riferimento all'apposito allegato "Campionatura richiesta".

La stessa andrà consegnata entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, presso le AA.OO. destinatarie del materiale richiesto ai recapiti di seguito riportati:

- per l'A.O. "Papa Giovanni" di Bergamo: c/o sede ospedaliera - magazzino farmaceutico - area scarico merci.
- per l'A.O. di Treviglio: c/o Magazzino economale dell'Ospedale di San Giovanni Bianco (c/o blocco operatorio).
- per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, tutta la campionatura dovrà essere consegnata presso il MAGAZZINO GENERALE del Presidio Ospedaliero di Mantova dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

## 7 OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti dovranno presentare l'offerta economica secondo le modalità indicate nel Regolamento di gara, corredata dal/i listino/i relativi alle categorie dei prodotti proposti, specificando la percentuale di sconto praticata sul listino stesso ai fini dell'eventuale acquisizione di prodotti integrativi a completamento fornitura.

L'A.O. si riserva di applicare tali condizioni economiche nel caso, durante l'esecuzione del contratto, si renda necessario ridefinire la configurazione dei set iniziali, oppure in caso di acquisizione di materiali sfusi integrativi.

Per l'effetto, la quotazione dei materiali proposti dovrà essere unica indipendentemente dal set di destinazione del materiale stesso.

N.B.: nell'offerta dettagliata, il costo del set andrà suddiviso per i singoli componenti. Il prezzo del singolo dispositivo potrà tuttavia essere diversificato nel caso che lo stesso dispositivo sia inserito in un set, oppure sia acquistato sfuso.

L'offerta economica dovrà altresì evidenziare il canone annuo riferito al costo dei servizi annessi alla fornitura, distintamente per ciascuna Azienda Ospedaliera.

## 8 Aggiornamento tecnologico

Qualora durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria metta in commercio altri dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità,



è facoltà dell'Azienda Ospedaliera accettare la sostituzione, a parità di condizioni economiche e contrattuali.

## 9 Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro

La ditta appaltatrice, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice risponde degli obblighi di pertinenza della ditta medesima. La ditta si obbliga ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela delle persone dipendenti della ditta appaltatrice stessa, delle Aziende Ospedaliere, nonché di terzi.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà delle Aziende Ospedaliere.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego dovrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato delle Aziende Ospedaliere, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

La ditta aggiudicataria dovrà redigere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Documento di Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all'attività di manutenzione e assistenza tecnica, svolta presso le Aziende Ospedaliere nei quarantotto mesi successivi più eventualmente altri ventiquattro alla messa in opera, nel caso in cui avvenga la sottoscrizione del relativo contratto, secondo quanto previsto nel precedente art. 1.

Tale documento dovrà essere completo di:

- mappa dettagliata dei rischi esistenti;
- elaborazione dei rischi residui;
- piano degli interventi programmati;
- indicazione del nominativo del datore di lavoro, del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei preposti presenti durante l'attività presso le AA.OO., dei nominativi del personale dipendente dedicato all'attività presso le AA.OO..

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti delle AA.OO. committenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, pubblicate sui rispettivi siti aziendali alla sezione dedicata al D.U.V.R.I.

Tali informazioni sono disponibili, per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, sul sito [www.aopoma.gov.it](http://www.aopoma.gov.it) (Direzione generale □ Servizio Prevenzione e Protezione).

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le singole AA.OO. promuoveranno il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi, sia consegnando il DUVRI, sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda e la ditta aggiudicataria.

N.B.: ad integrazione e completamento del presente articolo, varranno le indicazioni/prescrizioni contenute nelle documentazioni allegate, riferite alle specifiche Aziende Ospedaliere.

#### Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

A seguito della descrizione della fornitura di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:

- a. le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo descritte nei DUVRI delle AA.OO. di riferimento;
- b. per lo svolgimento della fornitura/servizio in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

#### *i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0 (zero).*

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell'appalto. In particolare saranno valutati, prima dell'inizio dell'attività di manutenzione, eventuali rischi interferenziali con l'attività ospedaliera, al momento non ancora attivata. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

## PARTE SECONDA

### 10 Esecuzione del contratto e controlli

Gli ordinativi saranno emessi di volta in volta da parte delle Strutture di riferimento delle singole Aziende Ospedaliere di riferimento, sulla base degli effettivi fabbisogni, secondo le modalità proposte dal fornitore nel progetto d'offerta e condivise dalle AA.OO..

Le consegne del materiale ordinato saranno effettuate porto franco presso i Magazzini indicati dalle citate AA.OO. entro 5 giorni solari dal ricevimento dell'ordine scritto o inviato a mezzo telefax e non saranno subordinate a minimi d'ordine stabiliti dalle Ditte, ma eventualmente concordati con le stesse e accettati dall'A.O..

La quantità e la qualità dei prodotti forniti saranno esclusivamente quelle accertate presso i Magazzini riceventi entro otto giorni dalla consegna; conseguentemente, il fornitore dovrà provvedere ad integrare o sostituire i prodotti consegnati nel caso di non rispondenza degli stessi all'ordinativo.

E' inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna della merce, non impegnerà le AA.OO. all'accettazione della stessa: qualora la merce inviata non corrispondesse, in tutto od in parte, ai requisiti stabiliti dalle leggi vigenti oppure non risponda alla qualità e ai requisiti richiesti, le AA.OO. la respingeranno al fornitore che dovrà sostituirla entro 24 ore. A tal fine si

precisa che i prodotti che presenteranno difetti o difformità saranno tenuti a disposizione e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario.

Le AA.OO. si riservano la facoltà di sottoporre il materiale oggetto della fornitura, in qualunque momento, a collaudi tecnico qualitativi ovvero a verifiche atte ad evidenziare la rispondenza delle merci fornite a quanto previsto nel presente capitolato speciale avvalendosi delle competenti strutture pubbliche o di laboratori specializzati; la ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare l'esito delle perizie e il giudizio delle analisi. Le spese inerenti la 1° prova saranno sempre a carico dall'aggiudicatario. Le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere dal contratto qualora si verificassero particolari problematiche legate all'utilizzo del materiale oggetto di gara e di intraprendere ogni altra azione a tutela di se stessa e dei suoi dipendenti.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse a tutti gli obblighi assunti con il contratto, le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di tacitarsi dei danni patiti, applicando una penale pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione della merce; ciò sia per ogni consegna contestata per la non attinenza alle prescrizioni merceologiche, sia nel caso di ritardata consegna, quando il ritardo porti pregiudizio al buon funzionamento delle Strutture dell'Azienda, a giudizio insindacabile.

In caso di inadempienza continua (due volte) e per qualsiasi causa ai patti contrattuali, le Aziende potranno pronunciare la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione (optando a propria discrezione tra l'utilizzo della graduatoria della presente gara e l'esperimento di nuova procedura), oppure continuare il servizio in economia per il rimanente periodo contrattuale, ponendo a carico del fornitore inadempiente ogni differenza in più per il prezzo dei prodotti da acquisire.

Tutti i prodotti, oltre ai requisiti richiesti, comunque dovranno sempre soddisfare anche le esigenze di manualità, tecniche di uso, di indirizzi terapeutici degli operatori che saranno valutati sul campo di utilizzo.

**I primi sei mesi a partire dalla data del primo ordinativo saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse soluzione, le singole AA.OO. risolveranno il contratto di fornitura.**

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che siano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture utilizzatrici, le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

Al contratto stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 329, comma 2, del DPR 207/2010, si applicano le disposizioni della parte IV titoli III e IV del citato DPR, ove compatibili.

#### Direttore dell'Esecuzione del contratto

Per l'A.O. "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo è individuato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., il Direttore dell'USC di Farmacia ospedaliera.

Le altre Aziende Committenti, prima dell'esecuzione del contratto, procederanno a nominare il proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del D.E.C. verrà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

## **11 Esonero di responsabilità e trasferimento dei rischi**

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:



- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

## 12 Risoluzione del contratto

L'A.O. avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- e) nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- f) in caso di sub-appalto non autorizzato dall'A.O. ai sensi del successivo articolo;
- g) qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con raccomandata A.R. da parte dell'A.O. nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- h) nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, l'A.O. ha il diritto di:

- 1) assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- 2) incamerare, in toto o in parte, la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto all'A.O., salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- 3) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

## 13 Sub appalto e Cessione del contratto o dei Crediti

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale della fornitura e deve essere autorizzato dall'Amministrazione. Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti dell'Amministrazione in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.



In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura e/o servizio in oggetto, l'appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/13.08.2010.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Aziendale per la disciplina delle Cessioni del Credito, approvato con deliberazione n. 713 del 22.5.2007, pubblicato sul sito Web di questa Azienda Ospedaliera all'indirizzo [www.hpg23.it](http://www.hpg23.it) alla sezione Gare, Bandi, Appalti, che in particolare prevede:

#### ART. 4 - Cessioni Parziali

Le cessioni parziali dei crediti sono vietate.

#### ART. - Revocabilità

È riservata all'A.O. la facoltà di revocare - in qualunque momento - le cessioni del credito, dandone preavviso alle parti almeno 60 gg prima, mediante lettera raccomandata A.R..

### 14 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

A corredo dell'offerta presentata, la ditta partecipante dovrà costituire garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo a base d'asta - I.V.A. esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nel dettaglio:

✓ modalità di costituzione:

- la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato (comma 2 - citato art. 75);
- la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (comma 3 - citato art. 75);

✓ caratteristiche della garanzia:

- previsione espressa di rinuncia al beneficio di preventiva escussione, rinuncia all'eccezione ex art. 1957, comma 2, del Codice Civile e operatività entro 15 gg., a richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera (comma 4 - citato art. 75);
- validità minima di 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno - da parte del garante - di rinnovare la garanzia, nell'ipotesi in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, a richiesta dell'Azienda Ospedaliera.

In deroga parziale a quanto sopra disposto, ai sensi dell'art. 75, comma 7, l'importo della garanzia a corredo dell'offerta, è ridotto del 50% per le ditte partecipanti, alle quali sia stata rilasciata la

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter usufruire di tale beneficio, la ditta partecipante dovrà dimostrare, in sede di offerta, il possesso del requisito.

In particolare, qualora il R.T.I. costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato da ogni impresa, che costituisce o costituirà il raggruppamento. Parimenti, nel caso in cui il Consorzio presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato dal Consorzio stesso e da ogni impresa, che svolgerà parte del contratto

Inoltre, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, come disposto dall'art. 75, comma 8, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del decreto citato, qualora l'offerente risultasse affidatario e nelle modalità di seguito descritte.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo aggiudicato – I.V.A. esclusa, valido fino al termine del contratto (compresi termini di garanzia ed eventuale estensione di manutenzione) ed ai sensi del menzionato art. 113.

Ove l'aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fidejussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art. 1 della surrichiamata legge n. 348/1982, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ospedaliera.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso, verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Ospedaliera impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

## **15 Penalità**

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne verrà applicata, in danno della Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera pari €.100,00 (IVA esclusa) fino ad un massimo di €.3.000,00.



Superato tale limite, l'Amministrazione appaltante potrà, a sua scelta, incamerare la cauzione, escutere la fideiussione e risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di mancato rispetto delle altre prescrizioni previste dal presente capitolato verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella risoluzione dei problemi di funzionamento e di € 500,00 per ogni altro evento lesivo dell'operatività dell'attività clinica, fatto salvo ogni altro ulteriore danno.

## 16 Fatturazione e pagamenti

La fatturazione della merce dovrà avvenire con esplicito riferimento alle bolle di consegna ed agli ordinativi emessi di volta in volta.

Per quanto concerne i canoni relativi ai servizi accessori richiesti da ciascuna AA.OO., le fatturazioni dovranno essere distinte rispetto a quelle riferite al materiale; le fatture stesse dovranno avere cadenza trimestrale e posticipata.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art.1284 comma 1 codice civile.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alle Aziende Ospedaliere facenti parte dell'aggregazione, elencate nell'art. 1 del presente Disciplinare, devono fare riferimento al rispettivo Codice Univoco Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Resta inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali potranno essere trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

## 17 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta Aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 13 novembre 2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera (U.S.C. Bilancio e Programmazione, fax n. 035/2674.853), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta

comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l'Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l'Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai commi precedenti gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

## 18 Contestazioni e controversie

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, l'Azienda Ospedaliera adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata. Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Ospedaliera avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

## 19 Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni

Il fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che il fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.O. e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

## 20 Diritto di recesso

L'Azienda Ospedaliera per giusta causa o giustificato motivo potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni al fornitore. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

## 21 Spese contrattuali

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

Inoltre, come disposto dall'art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012 n. 221, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione - per estratto - sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara.

## 22 Foro competente

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, saranno competenti esclusivamente i Fori di riferimento delle rispettive Aziende Committenti.

## 23 Revisione prezzi

I prezzi rimarranno fissi ed invariati per il 1° anno di esecuzione della fornitura; a partire dal 2° anno, con apposita richiesta, l'aggiudicatario può chiedere la revisione dei prezzi da effettuarsi ai



sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le rilevazioni di cui all'art. 7 comma 4 lettera c). In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione del 75% dell'indice inflattivo Istat FOI 3.1 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.

La richiesta di revisione dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'effettivo aumento dei costi connessi alla fornitura di cui trattasi.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi dovrà essere formulata - a pena di decadenza - entro il mese successivo all'anno di riferimento.

## 24 Brevetti e diritti d'autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, nel caso che l'Impresa aggiudicataria fornisca apparecchiature e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Impresa aggiudicataria terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

## 25 Termini e Comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

## 26 Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.


## 27 Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 5, lett. a) dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, sono esclusi dal diritto d'accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima segnalarlo con le dichiarazioni contenute nell'Allegato I alla Lettera di Invito/Regolamento di gara, e successivamente, nella busta telematica contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo,



dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'A.O. consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

Intervenuta dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura, copia dell'offerta tecnica (nelle parti che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta (nelle parti, relative alle giustificazioni di prezzo, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai Concorrenti.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5 quater, del D. Lgs. 163/2006, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, l'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.

Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006, non occorre istanza scritta di accesso.

Si precisa che l'accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso l'U.S.S. Approvvigionamenti Sanitari, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 – 267.5066).

Per l'eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all'U.S.C. Affari Generali dell'Azienda (telefax 035 – 267.4973).

Si precisa, da ultimo che, ai sensi della già citata L. 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

## 28 Codice etico

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" dell'Azienda Ospedaliera, pubblicato sul sito <http://www.hpg23.it>.

Relativamente l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova il "Codice Etico" è pubblicato sul sito [www.aopoma.gov.it](http://www.aopoma.gov.it) (Direzione Generale → Qualità Accreditamento e Appropriatelyzza).

Detto codice, seppur non allegato al presente capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di dividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda Ospedaliera avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

## 29 Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n. 1299/2014, obbliga formalmente ed in modo reciproco – la S.A. aggiudicatrice, i Concorrenti e



L'Aggiudicatario - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto patto di integrità, pubblicato sul sito <http://www.hpg23.it>, nella sezione Bandi, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 2 del Patto citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari, nonché di essere a conoscenza delle conseguenze della violazione del Patto stesso, come esplicitate all'art. 4.

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 3 del Patto di integrità.

### **30 Codice di comportamento**

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando, tra l'altro, l'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001.

L'adozione del Codice di Comportamento da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa A.O. ha adottato il proprio Codice di Comportamento che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale, al link [www.hpg23.it/component/trasparenza/28](http://www.hpg23.it/component/trasparenza/28).

Il Codice di Comportamento (vedasi art. 2) si applica a tutti i dipendenti dell'A.O. Papa Giovanni XXIII, con rapporto a tempo determinato e indeterminato, titolari di posizione di vertici, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno delle strutture aziendali.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

### **31 Legge anti corruzione – art. 1, co. 42, lett. 1**

L'art. 1, comma 42, lett. 1, della L. n. 190/2012, innovando l'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, ha previsto: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli, e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **32 Clausola di salvaguardia**

E' facoltà di questa A.O., per l'intera durata di esecuzione del contratto, verificare la congruità economica dello stesso, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della

Regione Lombardia dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto della procedura di che trattasi, e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni di Consip o di Centrale Regionale Acquisti.

Ove la Stazione Appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

### 33 Clausola di estensione

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., questa Azienda Ospedaliera ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su "gare aziendali aperte ad adesioni successive".

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con questa Azienda Ospedaliera (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 5 volte l'importo presunto/base d'asta desumibile dalla documentazione di gara.

La durata di quest'ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

E' consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi


- 1) A. O. "Carlo Poma" di Mantova;
- 2) A. O. Desenzano del Garda (Brescia);
- 3) A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- 4) A. O. "Mellino Mellini" di Chiari (Brescia);
- 5) A.O. Ospedale Maggiore di Crema;
- 6) A.O. Ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo;
- 7) A.O. Provincia di Lodi;
- 8) A. O. Spedali Civili di Brescia;
- 9) A. O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- 10) A.O. Seriate (Bergamo);



- 11) A.O. Provincia di Pavia;
- 12) ASL Provincia di Brescia;
- 13) ASL Provincia di Cremona;
- 14) ASL Vallecamonica-Sebino;
- 15) ASL Provincia di Lodi;
- 16) ASL Provincia di Mantova;
- 17) ASL Provincia di Pavia;
- 18) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (BS).

Bergamo,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Carlo Nicora




- Allegati:
- Campionatura richiesta
  - Criteri valutazione qualitativa
  - Protocolli set
  - Scheda d'offerta con fabbisogni
  - Scheda informativa dispositivi
  - Specifiche tecniche dei materiali
  - Verifica requisiti minimi.

DIPARTIMENTO SERVIZI E TECNOLOGIE - U.S.S. APPROVVIGIONAMENTI SANITARI  
Responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli






codice set	AZIENDA	DESCRIZIONE set	cod. int. Hpg23	DESCRIZIONE OLIAMM	Campionatura Bergamo	Campionatura Mantova	Campionatura Treviso
1	BT	SET ADDOME UNIVERSALE	473824	SET ADDOME UNIVERSALE	3		3
1a	M	SET ADDOME UNIVERSALE		SET ADDOME UNIVERSALE		9	
2	BT	SET COLPOSTERECTOMIA	463826	SET COLPOSTERECTOMIA	3		3
2	M	SET COLPOSTERECTOMIA		no		4	
3	BT	SET CHIRURGIA PEDIATRICA	473828	SET CHIRURGIA PEDIATRICA	3		3
4	BT	SET GINECOLOGIA VLS - VLS CHIRURGIA	473830	SET GINECOLOGIA VLS - VLS CHIRURGIA	3		3
4a	M	SET GINECOLOGIA VLS		SET GINECOLOGIA VLS - VLS CHIRURGIA		4	
4b	M	SET Chirurgia VLS				6	
5	B	SET GINE VLS - INTEGRAZIONE CICA	473832	SET GINE VLS - INTEGRAZIONE CICA	3		
6	BT	SET MAMMELLA	473834	SET MAMMELLA	3		3
6a	M	SET MAMMELLA		SET MAMMELLA		2	
7	BT	SET PER CHIRURGIA VASCOLARE	473838	SET PER CHIRURGIA VASCOLARE	3		3
7a	M	SET PER CHIRURGIA VASCOLARE		SET PER CHIRURGIA VASCOLARE		3	
8	B	SET MAX FACIALE ADUL-PED CH.PLAST	473840	SET MAX FACIALE ADUL-PED CH.PLAST	3		
8a	M	SET MAX FACIALE ADUL-PED CH.PLAST		SET MAX FACIALE ADUL-PED CH.PLAST		3	
9	B	SET MAX FACIALE INTEGR. CRANIOSTENOSI	473842	SET MAX FACIALE INTEGR. CRANIOSTENOSI	3		
10	B	SET PICCOLI INTERV URO - NEFROSTOMIE	473844	SET PICCOLI INTERV URO - NEFROSTOMIE	3		
11	B	SET BANCO	473846	SET BANCO	3		
12	BT	SET PROCTOLOGIA	473818	SET PROCTOLOGIA	3		3
12a	M	SET PROCTOLOGIA		SET PROCTOLOGIA		4	
13	BT	SET PICCOLI INT. CHIR. GENERALE	473822	SET PICCOLI INT. CHIR. GENERALE	3		3
13	M	SET TIROIDE				3	
14	B	SET INTERVENTI GAMBA	473848	SET INTERVENTI GAMBA	3		
15	B	SET INTERVENTI MANO	473259	SET INTERVENTI MANO	3		3
15	M	SET INTERVENTI estremita'				3	
16	BT	SET SPALLA	473283	SET SPALLA	3		3
16	M	SET SPALLA				3	
17	BM	SET LEGAMENTO RICOSTRUZIONE	473287	SET LEGAMENTO RICOSTRUZIONE		3	3
17a	T	SET LEGAMENTO RICOSTRUZIONE			3		
18	BT	SET PROTESI GINOCCHIO	473289	SET PROTESI GINOCCHIO	3		3
18a	M	SET PROTESI GINOCCHIO				3	
19	BT	SET PROTESI ANCA	473292	SET PROTESI ANCA	3		3
19a	M	SET PROTESI ANCA				3	
20	BT	SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO	473294	SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO	3		3
20a	M	SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO				4	
21	BT	SET PIEDE	473296	SET PIEDE	3		3
22	BT	SET PER ARTROSCOPIA SPALLA	473299	SET PER ARTROSCOPIA SPALLA	3		3
23	BT	SET FRATTURA FEMORE	473417	SET FRATTURA FEMORE	3		3
23a	M tolto sol	SET FRATTURA FEMORE				3	
24	B	SET COLONNA MAGGIORE	473419	SET COLONNA MAGGIORE	3		
24a	M tolto sol	SET COLONNA MAGGIORE				3	
25	B	SET ERNIA CERVICALE E LOMBARE	473303	SET ERNIA CERVICALE E LOMBARE	3		
26	B	SET CRANIOTOMIA MAGGIORE	473377	SET CRANIOTOMIA MAGGIORE	3		
27	B	SET CRANIOTOMIA MINORE	473305	SET CRANIOTOMIA MINORE	3		
28	BT	SET PIC E DVE	473387	SET PIC E DVE	3		3
29	BT	SET PICCOLI INTERVENTI ORL	473393	SET PICCOLI INTERVENTI ORL	3		3
30	B	SET NASO	473403	SET NASO	3		
30a	M tolto sol	SET NASO				3	
31	B	SET OTONEURO	473409	SET OTONEURO	3		
31a	M	SET OTONEURO				3	
32	B	SET PER ORECCHIO INTERNO	473411	SET PER ORECCHIO INTERNO	3		
33	B	SET COLLO	473413	SET COLLO	3		
33a	M tolto sol	SET COLLO				4	
33b	T	SET COLLO/SET TIROIDE	NO	NO	3		3
34	B	SET TRACHEO	473415	SET TRACHEO	3		
34a	M	SET TRACHEO		SET TRACHEO		3	
35	BT	SET TAGLIO CESAREO	474148	SET TAGLIO CESAREO	3		3
35a	M	SET TAGLIO CESAREO		SET TAGLIO CESAREO		4	
36	BT	SET PARTO	474150	SET PARTO	3		3
37	BT	SET PICCOLI INTERVENTI OST.	474146	SET PICCOLI INTERVENTI OST.	3		3
37a	M tolto sol	SET PICCOLI INTERVENTI OST.				4	
38	B	SET UNIVERSALE CARIOCHIRURGIA ADULTO E PEDIATRICO	473694	SET UNIVERSALE CARIOCHIRURGIA ADULTO E PEDIATRICO	3		
38a	M	SET UNIVERSALE CARIOCHIRURGIA ADULTO E PEDIATRICO		SET UNIVERSALE CARIOCHIRURGIA ADULTO E PEDIATRICO		2	
39	B	SET CARIOCHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI	473696	SET CARIOCHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI	3		
40	B	SET PER CISTOSCOPIA/TUR E LITOTOMIA	NO	NO	3		3
40a	M	SET UROLOGIA		NO		3	
40b	T	SET PER CISTOSCOPIA/TUR E LITOTOMIA	NO	NO	3		3
41	B	SET PIEDE BILATERALE	NO	NO	3		
42	B	SET VALVOLA PERCUTANEA	no	no	3		
42	B	SET universale: set emergenza	421755	SET universale: set emergenza	3		



Categoria	Elementi	Sottoelementi	Somma	Punteggio max
Caratteristiche tecniche del materiale	Qualità tnt (punteggio minimo complessivo per l'elemento = 9 punti)		18	
		impermeabilità, capacità assorbimento, gestione liquidi		4
		sfaldamento da asciutto/da bagnato		2
		resistenza alla trazione		2
		Assenza di residui e difetti di lavorazione		2
		drappeggiabilità/vestibilità		3
		Tenuta banda adesiva se presente		2
		rumorosità, colore, odore, piegatura prodotto		1 2
	Confezionamento e prova pratica (punteggio minimo complessivo per l'elemento = 5 punti)		11	
		Facilità apertura e sistema di apertura e piegatura del materiale nel kit che permetta l'impiego secondo tecnica asettica e confezionamento		4
		Composizione e adeguatezza della predisposizione dei kit		4
		Ingombro		1
	Camici (punteggio minimo complessivo per l'elemento = 6 punti)		11	
		Vestibilità		3
		Comfort e traspirabilità		3
		Grado di protezione camici standard e protetti (qualità degli inserti impermeabili)		3
	Confezionamento	2		
			40	40
Progetto e gestione in service del materiale	Gestione e ripristino scorte(punteggio minimo complessivo per l'elemento = 4 punti)		7	
		valutazione del progetto		1
		modalità e tempi di rifornimento		1
		programmazione consegne		1
		Affiancament materiale sfuso e predisposizione kit		1
		Collaborazione scorta minima e stoccaggio (kit e materiale sfuso)		1
		ingombro magazzini		1
	gestione reportistica	1		
	Assistenza nelle fasi di avvio e post vendita(punteggio minimo complessivo per l'elemento = 4 punti)		7	
		cronoprogramma avvio, capacità all'avviamento simultaneo delle sale operatorie		2
		formazione e assistenza del personale		3
		gestione dei cambiamenti concordati con gli utilizzatori		1
		modalità di controllo della qualità del servizio (es servizio clienti)		1
	Altre attività(punteggio minimo complessivo per l'elemento = 2 punti)		6	
		gestione trasporti tra operatore logistico e trasporto magazzini secondari e frequenza		3
		Funzionalità e integrazione con software aziendale		3
			20	20
	<b>TOTALE PUNTI ALLA QUALITA'</b>		60	60




N SET / VOCE	quantità pezzi nel set	DESCRIZIONE MATERIALE / DENOMINAZIONE SET	cod interno HPG23	DESCRIZIONE OLIAMM
		<b>SET ADDOME UNIVERSALE</b>		
a	2	asciugamani 18X25 cm	473824	SET ADDOME UNIVERSALE
b	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
c	2	sacco mayo 77X145cm	425781	425781
d	2	salviette asciugamani 40X60 cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm.80X145 X80))
e	1	striscia adesiva 9X49 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
f	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500
g	1	telo rinforzato adesivo 175X175cm zona assorbimento differenziato	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
h	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	465463	telo rinforzato adesivo 175X175cm zona assorbimento differenziato
i	4	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
j	1	camice chirurgico non rinforzato XL	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
k	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
l	1	carta medicale, 60X60 cm	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
m	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
n	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	NO	NO
o	2	salviette asciugamani 40X60 cm	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
		<b>SET ADDOME UNIVERSALE</b>	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
mantova			473824	SET ADDOME UNIVERSALE
a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
b	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	425781
c	1	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm.80X145 X80))
d	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
e	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm.8/10X50 (X500
f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
g	1	telo rinforzato adesivo 175X175cm zona assorbimento differenziato	465463	telo rinforzato adesivo 175X175cm zona assorbimento differenziato
h	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
i	2	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
j	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
k	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato	472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
l	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
		<b>SET COLPOISTERECTOMIA</b>	463826	SET COLPOISTERECTOMIA
a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
b	1	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm.80X145 X80))
c	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
d	2	telo con adesivo 100X100cm	473778	473778
e	1	telo ginecologico 200/270X280 cm apertura 8X11 cm	NO	NO
f	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	425781
g	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
h	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500
i	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
j	1	telo tavolo standard 100X150 cm	46164	46164
k	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
l	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
m	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
n	1	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
o	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
p	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
		<b>SET COLPOISTERECTOMIA</b>	no	no
mantova			NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
b	1	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm.80X145 X80))
c	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
d	1	telo con adesivo 37,5X45cm	46146	46146
e	1	telo con adesivo 100X100cm	473778	473778
f	1	telo ginecologico 200/270X280 cm apertura 8X11	NO	NO
g	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	425781
h	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
i	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500
j	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
k	1	telo tavolo standard 100X150 cm	46164	46164
l	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato	472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
m	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
		<b>SET CHIRURGIA PEDIATRICA</b>	473828	SET CHIRURGIA PEDIATRICA
a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
b	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	425781
c	1	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm.80X145 X80))
d	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
e	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	472313	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 150X240
f	2	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
g	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
h	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
i	1	telo rinforzato adesivo 175X175cm zona assorbimento differenziato	NO	NO
j	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
k	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
l	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
m	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
		<b>SET GINECOLOGIA VLS - VLS CHIRURGIA</b>	473830	SET GINECOLOGIA VLS - VLS CHIRURGIA
a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
b	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	425781
c	2	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm.80X145 X80))
d	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
e	2	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500
f	1	telo addomino perineale 250/175/270X260 con sacche porta strumenti	NO	NO
g	1	telo sottosacrale, 75X100 cm	472009	telo Sottosacrale, 75X100 cm
h	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
i	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato




4j	1	telo adesivo 75X100cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
4k	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
4l	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
4m	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
4n	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
4o	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
4		<b>mantova</b>			
		<b>SET GINECOLOGIA VLS</b>		473830	SET GINECOLOGIA VLS - VLS CHIRURGIA
4a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
4b	1	fissatubi in velcro 2.5X30 cm		425781	
4c	2	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
4d	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
4e	2	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
4f	1	telo addomino perineale 250/175/270X260 con sacche porta strumenti	NO		NO
4g	1	telo sottosacrale, 75X100 cm		472009	telo Sottosacrale, 75X100 cm
4h	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
4i	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato		472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
4j	2	telo adesivo 75X100cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
4k	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
4		<b>mantova</b>			
		<b>SET Chirurgia VLS</b>			
4a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
4b	1	fissatubi in velcro 2.5X30 cm		425781	
4c	2	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
4d	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
4e	2	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
4f	1	telo vis a T 250/175/270X260 con sacche porta	NO		NO
4g	1	telo sottosacrale, 75X100 cm		472009	telo Sottosacrale, 75X100 cm
4h	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
4i	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato		472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
4j	2	telo adesivo 75X100cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
4k	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
4		<b>SET GINE VLS - INTEGRAZIONE CICA</b>		473832	SET GINE VLS - INTEGRAZIONE CICA
5a	3	telo adesivo 75X100cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
5b	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
5c	2	gambali 75X120 cm		471915	
5d	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
5e	1	fissatubi in velcro 2.5X30 cm		425781	
5f	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
5g	2	telo tavolo standard 100X150 cm		46164	
5h	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
5i	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
5j	3	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
4		<b>SET MAMMELLA</b>		473834	SET MAMMELLA
6a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
6b	1	fissatubi in velcro 2.5X30 cm		425781	
6c	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
6d	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
6e	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
6f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
6g	1	telo rinforzato adesivo 175X175cm zona assorbimento differenziato	NO		NO
6h	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313	
6i	2	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato		472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
6j	1	telo sottosacrale, 75X100 cm		472009	telo Sottosacrale, 75X100 cm
6k	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
6l	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
6m	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
6n	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
6o	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
6p	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
4		<b>mantova</b>			
		<b>SET MAMMELLA</b>		473834	SET MAMMELLA
6a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
6b	1	fissatubi in velcro 2.5X30 cm		425781	
6c	2	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
6d	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
6e	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
6f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
6g	1	telo rinforzato adesivo 175X175cm zona assorbimento differenziato	NO		NO
6h	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313	
6i	4	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato		472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
6j	1	telo sottosacrale, 75X100 cm		472009	telo Sottosacrale, 75X100 cm
6k	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
6l	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato		472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
6m	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
4		<b>SET PER CHIRURGIA VASCOLARE</b>		473838	SET PER CHIRURGIA VASCOLARE
7a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
7b	2	telo 75X90 cm		46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
7c	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
7d	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
7e	1	telo con adesivo 100X100cm		473778	
7f	1	telo 3 strati 150X175cm		472180	telo 3 strati 150X175cm
7g	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
7h	2	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
7i	2	fissatubi in velcro 2.5X30 cm		425781	
7j	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
7k	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
7l	1	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato		422019	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
7m	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
7n	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
7o	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.



7	p	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
7	mantova		<b>SET PER CHIRURGIA VASCOLARE</b>		473838 SET PER CHIRURGIA VASCOLARE
7	a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
7	b	2	telo 75X90 cm		46588 telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
7	c	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
7	d	1	sacco mayo 77X145cm		46166 telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
7	e	1	telo con adesivo 100X100cm		473778
7	f	1	telo 3 strati 150X175 cm		472380 telo 3 strati 150X175cm
7	g	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167 TASC ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
7	h	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077 STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
7	i	2	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781
7	j	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216 CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
7	k	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401 telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
7	l	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato		472035 telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
7	m	1	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato		422019 telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
7	n	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313 telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
7	o	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
			<b>SET MAX FACCIALE</b>		473840 SET MAX FACCIALE ADUL-PED CH PLAST
8	a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
8	b	1	sacco mayo 77X145cm		46166 telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
8	c	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
8	d	1	telo testa 150X175 cm c/turbante 103X106	NO	NO
8	e	2	striscia adesiva 9X49 cm		46077 STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
8	f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167 TASC ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
8	g	1	telo adesivo 75X100cm		46161 telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
8	h	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
8	i	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216 CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
8	j	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401 telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
8	k	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313 telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
8	l	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781
8	m	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
8	n	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
8	o	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255 TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
	mantova		<b>SET MAX FACCIALE INTEGR. CRANIOSTENOSI</b>		473840 SET MAX FACCIALE ADUL-PED CH PLAST
8	a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
8	b	1	sacco mayo 77X145cm		46166 telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
8	c	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
8	d	1	telo testa 150X175 cm c/turbante 103X106	NO	NO
8	e	2	striscia adesiva 9X49 cm		46077 STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
8	f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167 TASC ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
8	g	1	telo adesivo 75X100cm		46161 telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
8	h	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216 CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
8	i	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato		472035 telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
8	j	1	telo con foro 75X90 con adesivo		473794 telo con foro 75X90
8	k	1	ciotola 100 ml	NO	NO
8	l	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313 telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
8	m	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781
8	n	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
			<b>SET MAX FACCIALE INTEGR. CRANIOSTENOSI</b>		473842 SET MAX FACCIALE INTEGR. CRANIOSTENOSI
9	a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
9	b	1	sacco mayo 77X145cm		46166 telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
9	c	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167 TASC ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
9	d	2	telo tavolo standard 100X150 cm		46164
9	e	15	telo adesivo 75X100cm		46161 telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
9	f	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401 telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
9	g	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
9	h	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
9	i	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255 TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
			<b>SET PICCOLI INTERV URO - NEFROSTOMIE</b>		473844 SET PICCOLI INTERV URO - NEFROSTOMIE
10	a	1	telo tavolo standard 150X190 cm		472035 telo TAVOLO 150X190 cm STANDARD
10	b	1	sacco mayo 77X145cm		46166 telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))
10	c	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
10	d	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
10	e	1	telo con adesivo, 175X175 cm	NO	NO
10	f	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313 telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
10	g	2	telo adesivo 75X90 cm		46161 telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
10	h	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077 STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
10	i	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167 TASC ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
10	j	2	telo 75X90 cm		46588 telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
10	k	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216 CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
10	l	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
10	m	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255 TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
10	n	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
			<b>SET BANCO</b>		473846 SET BANCO
11	a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
11	b	2	telo super assorbente 35X70 cm	NO	NO
11	c	2	pezza laparatomica 40X60 cm radiopaca verde		460415 PEZZA LAPARAT TNT RX-STERIL cm 40X60 VERDE
11	d	2	telo 3 strati 150X240 cm		472387 telo tavolo rinforzato 150X240
11	e	1	camice chirurgico Protezione totale XXL		469521 CAMICE CHIRURGICO TNT STERILE RINFORZ MIS XL ALTA PROTEZIONE
11	f	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401 telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
11	g	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
11	h	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
11	i	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255 TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
			<b>SET PROCTOLOGIA</b>		473818
12	a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
12	b	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781
12	c	1	sacco mayo 77X145cm		46166 telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80))



12d	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
12e	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
12f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
12g	1	telo 3 strati 75X90	472317	telo IN TNT TRE STRATI BORDO 75X90
12h	2	gambali 75X120 cm	471915	
12i	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
12j	1	telo con adesivo, 150X175 cm	465463	telo con adesivo, 150X175 cm
12k	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
12l	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
12m	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
12n	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
12o	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
13	<b>SET PROCTOLOGIA</b>			
13a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
13b	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
13c	1	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
13d	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
13e	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
13f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
13g	1	telo per litotomia 170/270 X 180 con sacca raccogli liquidi e fenestrazione perineale	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
13h	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
13i	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato	472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
13j	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
13	<b>SET PICCOLI INT. CHIR. GENERALE</b>			
13a	1	camice chirurgico non rinforzato XL	473822	SET PICCOLI INT CHIR GENERALE
13b	2	asciugamani 18X25 cm	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
13c	1	sacco mayo 77X145cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
13d	2	salviette asciugamani 40X60 cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
13e	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
13f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
13g	1	telo 200X208 cm apertura 14 cm	460889	telo 200X208cm AP 14cm
13h	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
13i	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
13j	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
13k	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
13l	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
13o	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
14	<b>SET TIROIDE</b>			
14a	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
14b	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
14c	1	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
14d	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
14e	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
14f	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
14g	1	telo cm 200 X 280 cm con foro adesivo quadrato di cm 14 di lato in posizione deconstrata	472372	
14h	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato	472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
14i	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
		<b>SET INTERVENTI GAMBA</b>	473848	SET INTERVENTI GAMBA
14a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
14b	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
14c	1	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
14d	4	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
14e	1	stockinette 32X120cm	415320	STOCKINETTE GRANDE 32X120cm (L)
14f	2	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
14g	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
14h	1	telo ad "U" 200X260 cm adesivo incisione 20X102 cm zona assorbimento differenziato	NO	NO
14i	1	telo adesivo rinforzato 175X300 cm	NO	NO
14j	1	telo rinforzato adesivo 175X175cm zona assorbimento differenziato	NO	NO
14k	1	camice chirurgico non rinforzato L	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
14l	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
14m	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
14n	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
14o	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
15	<b>SET INTERVENTI MANO</b>		473259	SET INTERVENTI MANO
15a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
15b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
15c	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
15d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
15e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
15f	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
15g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
15h	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
15i	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
15j	1	telo adesivo 75X90 cm	46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
15k	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
15l	2	telo, 90X150 cm	472034	telo, 90X150 cm
15m	1	telo mano 150/370X280 cm apertura elastica 3.5 cm con zona di rinforzo	NO	NO
15	<b>SET INTERVENTI ESTREMITA'</b>			
15a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
15b	1	stockinette cm 22 X 75	415317	Stockinette cm 22 X 75
15c	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
15d	2	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
15e	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
15f	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
15g	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
15h	2	telo adesivo 75X90 cm	46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
15i	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
15j	2	telo, 90X150 cm	472034	telo, 90X150 cm
15k	1	telo mano 150/370X280 cm apertura elastica 3.5 cm con zona di rinforzo	NO	NO
15l	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato	472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato



16	SET SPALLA	473283	SET SPALLA
16a	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
16b	1 carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
16c	1 camice chirurgico non rinforzato L	48216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
16d	1 telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
16e	2 sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
16f	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
16g	1 coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
16h	5 tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ
16i	2 asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
16j	2 striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
16k	2 tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
16l	1 telo con adesivo 100X100cm	473778	
16m	1 stockinette cm 22 X 75	415317	STOCKINETTE PICCOLA 22X75cm (M)
16n	1 telo ad "U" per chirurgia della spalla 230X295 cm, taglio 10X70 cm con zona di rinforzo	NO	NO
16o	1 telo ad U 15X45cm	NO	NO
16p	1 telo con adesivo, 150X175 cm	465463	telo con adesivo, 150X175 cm
16	<b>mantova</b>		
16a	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
16b	1 carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
16c	1 camice chirurgico non rinforzato L	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
16d	1 telo tavolo 150X190 cm rinforzato	472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
16e	2 sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
16f	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
16g	1 coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
16h	2 asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
16i	3 striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
16j	2 tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
16k	4 telo con adesivo 100X100cm	473778	
16l	1 stockinette piccola 22X75cm	415317	STOCKINETTE PICCOLA 22X75cm (M)
16m	1 telo ad "U" per chirurgia della spalla 230X295 cm, taglio 10X70 cm con zona di rinforzo	NO	NO
16n	2 telo con adesivo, 150X175 cm	465463	telo con adesivo, 150X175 cm
17	<b>anche mantova</b>		
17a	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
17b	1 carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
17c	1 camice chirurgico non rinforzato XL	48216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
17d	1 telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
17e	2 sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
17f	5 tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ
17g	1 coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
17h	2 asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
17i	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
17j	1 striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
17k	1 stockinette cm 22 X 75	415317	STOCKINETTE PICCOLA 22X75cm (M)
17l	1 tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
17m	1 fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
17n	2 telo 3 strati 150X175 cm	472180	telo 3 strati 150X175cm
17o	1 telo con adesivo 100X100cm	473778	
17p	1 telo artroscopia ginocchio 230X320 cm apertura 7 cm	NO	NO
17q	1 telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato	422019	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
17	<b>ireviglio</b>		
17a	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
17b	1 carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
17c	1 camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
17d	1 telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
17e	1 sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
17f	5 tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ
17g	1 coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
17h	2 asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
17i	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
17j	2 striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
17k	1 stockinette cm 22 X 75	415317	STOCKINETTE PICCOLA 22X75cm (M)
17l	1 tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
17m	1 fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
17n	1 telo 2 strati 150X240 adesivo	472187	
17o	2 telo con adesivo 100X100cm	473778	
17p	1 telo artroscopia ginocchio 230X320 cm apertura 7 cm	472387	telo ARTROSCOPIA GINOCCHIO 230X320cm AP 7cm con sacca raccogli liquidi
17q	1 telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato	422019	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
17r	1 supri telecamera 18X250/300	NO	NO
18	<b>SET PROTESI GINOCCHIO</b>	473289	SET PROTESI GINOCCHIO
18a	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
18b	1 carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
18c	1 camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
18d	1 telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
18e	3 sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
18f	2 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
18g	2 asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
18h	5 tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ
18i	2 laparotomica 40X40 cm indicativamente 130g 3/4 strati radiopaca verde	472195	PEZZA LAPARAT. XRD TNT 40X40cm VERDE
18j	1 coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
18k	3 telo 75X90 cm	46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
18l	1 striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
18m	2 tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
18n	3 fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
18o	2 telo 3 strati 150X175 cm	472180	telo 3 strati 150X175cm
18p	1 telo per estremità, apertura 7cm elastica con differenti zone di rinforzo	NO	NO
18	<b>mantova</b>		
18a	4 salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
18b	1 telo a U 150 X 190 con adesivo lungo la U	vedi	codice 472157 o 472419 ?? In polietilene??
18c	1 camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)



18d	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato			
18e	3	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
18f	2	asciugamani 18X25 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
18g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
18h	3	telo 75X90 cm	NO		NO
18i	1	striscia adesiva 9X49 cm		46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
18j	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
18k	3	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
18l	1	telo 3 strati 150X175 cm		425781	
18m	1	telo per estremità, ap.7cm elastica con differenti zone di rinforzo		472180	telo 3 strati 150X175cm
		<b>SET PROTESI ANCA</b>	NO		NO
19a	2	salviette asciugamani 40X60 cm		473292	SET PROTESI ANCA
19b	1	carta medicale, 60X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
19c	1	camice chirurgico non rinforzato XL	NO		NO
19d	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
19e	2	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
19f	2	asciugamani 18X25 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
19g	3	striscia adesiva 9X49 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
19h	2	laparotomica 40X40 cm indicativamente 130g 3/4 strati radiopaca verde		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
19i	2	salviette asciugamani 40X60 cm		472195	PEZZA LAPARAT XRD TNT 40X40cm VERDE
19j	1	stockinette 32X120cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
19k	3	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		415320	STOCKINETTE GRANDE 32X120cm (L)
19l	1	telo ad U con adesivo, 150X193cm, polietilene		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
19m	2	telo 75X90 cm		472197	telo AD U CON adesivo, 150X193cm, polietilene
19n	1	telo adesivo 140X100cm,		46588	telo TNT TAVOLO cm. 75X90 (X40)
19o	2	telo 3 strati 150X175 cm	NO		NO
19p	1	telo adesivo rinforzato 175X300 cm		472180	telo 3 strati 150X175cm
19q	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	NO		NO
19r	1	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
19s	1	coprimanipolo scialitica spugna blu		42019	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
		<b>SET PROTESI ANCA</b>	NO		NO
19a	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
19b	1	telo a T 230 X 300 X 330 con foro elastico cm 18X 22 - con sacche laterali	NO		NO
19c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
19d	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato		472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
19e	3	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
19f	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
19g	3	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
19h	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
19i	1	stockinette grande 32X120cm (L)		415320	STOCKINETTE GRANDE 32X120cm (L)
19j	3	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
19k	1	telo ad U con adesivo, 150X193cm, polietilene		472197	telo AD U CON adesivo, 150X193cm, polietilene
19l	2	telo chirurgico cm 75 X 75		46160	telo chirurgico cm 75 X 75
19m	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
		<b>SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO</b>		473294	SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO
20a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
20b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
20c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
20d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
20e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
20f	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
20g	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
20h	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
20i	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
20j	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
20k	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
20l	1	telo 3 strati 150X175 cm		472180	telo 3 strati 150X175cm
20m	1	stockinette cm 22 X 75		415317	STOCKINETTE PICCOLA 22X75cm (M)
20n	1	telo per estremità, apertura 7cm elastica con zona rinforzata	NO		NO
		<b>SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO</b>		473294	SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO
20a	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
20b	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
20c	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
20d	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
20e	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
20f	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
20g	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
20h	2	telo a due strati 150 X 190 cm		472035	telo a due strati cm 150 X 190
20i	1	stockinette piccola 22X75cm (M)		415317	STOCKINETTE PICCOLA 22X75cm (M)
20j	1	telo artroscopia ginocchio 230 X 320 apertura elastica 7 cm con sacca raccolta liquidi		473287	telo artroscopia ginocchio 230 X 320 apertura elastica 7 cm con sacca raccolta liquidi
		<b>SET PIEDE</b>		473296	SET PIEDE
21a	3	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
21b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
21c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
21d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
21e	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
21f	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
21g	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
21h	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
21i	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
21j	1	telo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
21k	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
21l	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
21m	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
21n	1	telo 3 strati 150X175 cm		472180	telo 3 strati 150X175cm
21o	1	telo mano piede 230X315 cm apertura elastica 3,5 cm con zona rinforzata	NO		NO
		<b>SET PER ARTROSCOPIA SPALLA</b>		473299	SET PER ARTROSCOPIA SPALLA
22a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
22b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO






22c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
22d	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
22e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
22f	2	salviette asciugamani 40X60 cm			NON CODIFICATO
22g	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	NON CODIFICATO	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
22h	1	stockinette cm 22 X 75		415317	STOCKINETTE PICCOLA 22X75cm (M)
22i	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
22j	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
22k	1	tasca portastrumenti ad uno scomparto	NO		NO
22l	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
22m	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
22n	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
22o	1	telo con adesivo 100X100cm		473778	
22p	1	monotelo per artroscopia spalla 400X240cm apertura diametro 10X10 classica		472390	MONOTELO PER ARTROSCOPIA SPALLA 400X240cm apertura diametro 10X10 elastica
22q	1	telo ad U adesivo, 150X125 cm Taglio 7X45 cm		444034	telo ad U adesivo, 150X125 cm Taglio 7X45 cm
23		<b>SET FRATTURA FEMORE</b>		473417	<b>SET FRATTURA FEMORE</b>
23a	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
23b	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
23c	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
23d	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
23e	2	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
23f	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
23g	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
23h	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
23i	3	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
23j	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
23k	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
23l	4	telo adesivo con rinforzo, 240X175 cm	NO		NO
23m	1	telo isolamento verticale 240X300 cm		468228	telo ISOLAMENTO VERTICALE 240X300cm
23		<b>SET FRATTURA FEMORE</b>		473419	<b>SET FRATTURA FEMORE</b>
23a	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
23b	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
23c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
23d	2	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
23e	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
23f	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
23g	3	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
23h	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
23i	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
23j	4	telo adesivo con rinforzo, 240X175 cm	NO		NO
23k	1	telo isolamento verticale 240X300 cm		468228	telo ISOLAMENTO VERTICALE 240X300cm
24		<b>SET COLONNA MAGGIORE</b>		473419	<b>SET COLONNA MAGGIORE</b>
24a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
24b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
24c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
24d	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
24e	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80)
24f	2	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
24g	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
24h	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
24i	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
24j	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
24k	1	telo adesivo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
24l	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
24m	2	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
24n	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
24o	2	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
24p	1	telo laparotomia 200/270X315cm con film apertura 23X36 cm con rinforzo	NO		NO
24		<b>SET COLONNA MAGGIORE</b>		473303	<b>SET COLONNA MAGGIORE</b>
24a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
24b	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
24c	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
24d	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 (X80)
24e	2	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
24f	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
24g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
24h	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
24i	4	telo adesivo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
24j	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
24k	2	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
24l	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
24m	2	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
24n	1	telo laparotomia 200/270X315cm C:FILM AP. 23X36 cm con rinforzo	NO		NO
25		<b>SET ERNIA CERVICALE E LOMBARE</b>		473303	<b>SET ERNIA CERVICALE E LOMBARE</b>
25a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
25b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
25c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
25d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
25e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
25f	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
25g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
25h	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
25i	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
25j	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
25k	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
25l	4	telo adesivo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
25m	1	telo, 90X150 cm		472034	telo, 90X150 cm



25 n	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
25 o	1	telo laparotomia, 200X315 cm, con foro 11X22 cm	NO		NO
25 p	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
<b>SET CRANIOTOMIA MAGGIORE</b>					
26 a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	473377	SET CRANIOTOMIA MAGGIORE
26 b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
26 c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		48216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
26 d	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato		472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
26 e	2	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
26 f	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
26 g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
26 h	2	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
26 i	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
26 j	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
26 k	4	telo adesivo 75X90 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
26 l	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
26 m	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
26 n	2	striscia adesiva 9X49 cm		472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
26 o	1	telo craniotomia 230X300 cm incisione 30X20 cm	NO	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
26 p	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
<b>SET CRANIOTOMIA MINORE</b>					
27 a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	473305	SET CRANIOTOMIA MINORE
27 b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
27 c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
27 d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
27 e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
27 f	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
27 g	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
27 h	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
27 i	4	telo adesivo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
27 j	1	telo, 90X150 cm		472034	telo, 90X150 cm
27 k	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
27 l	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
27 m	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
27 n	1	telo craniotomia 230X300 cm incisione 30X20 cm	NO		NO
<b>SET PIC E DVE</b>					
28 a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	473387	SET PIC E DVE
28 b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
28 c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		48216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
28 d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
28 e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm		472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
28 f	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
28 g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
28 h	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
28 i	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
28 j	4	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
28 k	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
28 l	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
28 m	1	telo oftalmico 140X150cm con sacca	NO		NO
28 n	1	telo 3 strati 150X175 cm		472180	telo 3 strati 150X175cm
<b>SET PICCOLI INTERVENTI ORL</b>					
29 a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	473393	SET PICCOLI INTERVENTI ORL
29 b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
29 c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		48216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
29 d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
29 e	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
29 f	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
29 g	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
29 h	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
29 i	1	telo adesivo 175X175cm	NO		NO
29 j	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
29 k	3	telo, 90X150 cm		472034	telo, 90X150 cm
<b>SET NASO</b>					
30 a	1	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	473403	SET NASO
30 b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
30 c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		48216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
30 d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
30 e	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm.80X145 X80}}
30 f	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
30 g	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
30 h	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
30 i	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
30 j	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
30 k	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
30 l	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
30 m	2	telo adesivo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
30 n	1	telo adesivo 175X175cm	NO		NO
30 o	1	telo ad U adesivo, 150X125 cm. Taglio 7X45 cm		444034	telo ad U adesivo, 150X125 cm. Taglio 7X45 cm
<b>SET MANFOVA</b>					
31 a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
31 b	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
31 c	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm.80X145 X80}}
31 d	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
31 e	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
31 f	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
31 g	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
31 h	1	striscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
31 i	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
31 j	2	telo adesivo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75



30	l	1	telo adesivo 175X175cm	NO	NO
30	m	1	telo ad U adesivo, 150X125 cm. Taglio 7X45 cm	444034	telo ad U adesivo, 150X125 cm. Taglio 7X45 cm
31			<b>SET OTONEURO</b>	473409	SET OTONEURO
31	a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
31	b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
31	c	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
31	d	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
31	e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
31	f	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
31	g	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
31	h	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
31	i	2	laparotomica 40X40 cm indicativamente 130g 3/4 strati radiopaca verde	472195	PEZZA LAPARAT XRD TNT 40X40cm VERDE
31	j	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
31	k	3	telo con adesivo, 75X75 cm	46160	telo con adesivo, 75X75 cm
31	l	3	telo adesivo, 50X50 cm	472311	telo adesivo, 50X50 cm
31	m	2	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
31	n	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
31	o	2	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
31	p	1	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato	422019	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
31	mantova		<b>SET OTONEURO</b>		
31	a	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
31	b	1	cioccola 100 ml	NO	NO
31	c	1	sacca raccogli liquidi 50X50	410801	SACCA RACCOGLI LIQUIDI 50X50
31	d	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
31	e	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato	472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
31	f	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
31	g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
31	h	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
31	i	3	telo con adesivo, 75X75 cm	46160	telo con adesivo, 75X75 cm
31	j	3	telo adesivo, 50X50 cm	472311	telo adesivo, 50X50 cm
31	k	2	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
31	l	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
31	m	2	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
31	n	1	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato	422019	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
32			<b>SET PER ORECCHIO INTERNO</b>	473411	SET PER ORECCHIO INTERNO
32	a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
32	b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
32	c	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
32	d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
32	e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
32	f	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
32	g	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
32	h	1	telo 75X90 cm	46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
32	i	1	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
32	j	2	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
32	k	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
32	l	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
32	m	1	telo con foro 120 X 150 cm apertura 7,5cm	46162	telo con foro 120 X 150 cm Ap 7,5cm
32	n	1	telo adesivo 175X175cm	NO	NO
33			<b>SET COLLO</b>	473413	SET COLLO
33	a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
33	b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
33	c	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
33	d	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
33	e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
33	f	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
33	g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
33	h	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
33	i	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
33	j	2	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
33	k	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
33	l	1	telo adesivo 75X90 cm	46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
33	m	1	telo 75X90 cm	46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
33	n	2	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
33	o	3	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
33	p	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
33	mantova		<b>SET COLLO</b>		
33	a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
33	b	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
33	c	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
33	d	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato
33	e	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
33	f	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
33	g	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
33	h	2	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
33	i	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
33	j	1	telo adesivo 75X90 cm	46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
33	k	1	telo 75X90 cm	46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
33	l	2	fissatubi in velcro 2,5X30 cm	425781	
33	m	3	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
33	n	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
33	treviglio		<b>SET COLLO/SET TIROIDE</b>	NO	NO
33	a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
33	b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO	NO
33	c	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
33	d	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
33	e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 79X145cm rinforzato



33f	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
33g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
33h	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
33i	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
33j	2	stiriscia adesiva 9X49 cm		46077	STRISCIA ADESIVA STERILE cm 8/10X50 (X500)
33k	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
33l	2	fiatatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
33m	1	tasca portastrumenti 30X50		457592	
33n	1	telo a T per accesso collo			SIMILE A CODICE 460889 OPPURE 473372
		<b>SET TRACHEO</b>		473415	SET TRACHEO
34a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
34b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
34c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
34d	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
34e	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
34f	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
34g	1	telo adesivo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
34h	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
34i	1	fiatatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
34j	1	telo con foro 100X125cm apertura 11cm		421039	telo con foro 100X125cm apertura 11cm
34k	1	telo adesivo 175X175cm	NO		NO
		<b>SET TRACHEO</b>		473415	SET TRACHEO
34a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
34b	1	ciotola 100 ml	NO		NO
34c	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato		472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
34d	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
34e	1	telo cm 200 X 280 cm con foro adesivo D. cm 15 in area decentrata rispetto al lato lungo		460889	telo cm 200 X 280 cm con foro adesivo D. cm 15 in area decentrata rispetto al lato lungo
34f	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
34g	1	telo adesivo 75X90 cm		46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
34h	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm		46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
34i	1	fiatatubi in velcro 2,5X30 cm		425781	
34j	1	telo con foro 100X125cm apertura 11cm		421039	telo con foro 100X125cm apertura 11cm
34k	1	telo adesivo 175X175cm	NO		NO
		<b>SET TAGLIO CESAREO</b>		474148	SET TAGLIO CESAREO
35a	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
35b	1	camice chirurgico rinforzato L		46231	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF L (X22)
35c	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
35d	2	camice chirurgico rinforzato XL		46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
35e	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
35f	1	telo 3 strati 150X240 cm		472187	telo tavolo rinforzato 150X240
35g	1	telo per parto cesareo 175/250X300 cm, con taglio, con sacca con film incisione	NO		NO
35h	1	vaschetta 3000 ml raccogli placenta	NO		NO
35i	2	clamp ombelicale	NO		NO
35j	1	telo per accoglienza BAMBINO impermeabile 100X150 cm non scivoloso assorbente	NO		NO
		<b>SET TAGLIO CESAREO</b>		474148	SET TAGLIO CESAREO
35a	6	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
35b	1	ciotola 100 ml	NO		NO
35c	1	camice chirurgico rinforzato L		46231	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF L (X22)
35d	2	camice chirurgico rinforzato XL		46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
35e	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
35f	1	telo tavolo rinforzato 150X2190 cm		472035	rinforzato
35g	1	telo per parto cesareo 175/250X300 cm, con taglio, con sacca con film incisione	NO		NO
35h	1	vaschetta 3000 ml raccogli placenta	NO		NO
35i	2	clamp ombelicale	NO		NO
35j	1	telo per accoglienza BAMBINO impermeabile 100X150 cm non scivoloso assorbente	NO		NO
		<b>SET PARTO</b>			
36a	1	carta medicale 100X100 cm bianca	NO		NO
36b	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
36c	1	camice chirurgico rinforzato XL		46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
36d	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
36e	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
36f	1	siringa 10 ml LS	XX		XX
36g	2	siringa 5 ml LS	XX		XX
36h	1	morsetto ombelicale	NO		NO
36i	3	telo con adesivo 100X100cm		473778	
36m	10	compresse in 10X20 radiopache		45287	COMPRESSA PIEG TNT RX -STERILE cm 10X20 -10PZ
36n	1	ciotola graduata 250	NO		NO
36o	2	ago nero 22 g	XX		XX
36p	1	telo sottosacrale 85X120cm con sacca		466613	telo sottosacrale 85X120cm con sacca
36q	1	sacca raccolta enatica 1000 ml	NO		NO
36r	1	pezza laparotomica in cotone 30x30 cm	NO		NO
36s	1	Lunghetta in cotone 8x90 cm	NO		NO
		<b>SET PICCOLI INTERVENTI OST.</b>		474146	SET PICCOLI INTERVENTI OST
37a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
37b	1	carta medicale, 60X60 cm	NO		NO
37c	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
37d	1	telo tavolo standard 100X150 cm		46164	
37e	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
37f	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
37g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO		NO
37h	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco		473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
37i	1	telo sottosacrale 85X120cm con sacca		466613	telo sottosacrale 85X120cm con sacca
37j	2	gambali 75X120 cm		471915	
37k	1	telo con adesivo 100X100cm		473778	
		<b>SET PICCOLI INTERVENTI OST.</b>			
37a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO
37b	1	camice chirurgico non rinforzato XL		46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
37c	1	telo tavolo standard 100X150 cm		46164	
37d	1	sacco mayo 77X145cm		46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80))
37e	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO		NON CODIFICATO



37f	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NO	NO
37g	1	telo sottosacrale 85X120cm con sacca	466613	telo sottosacrale 85X120cm con sacca
37h	2	gambali 75X120 cm	471915	
37i	1	telo con adesivo 100X100cm	473778	
<b>SET UNIVERSALE CARDIOCHIRURGIA ADULTO</b>				
38a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
38b	1	carta medicale 60X60 cm	NO	NO
38c	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
38d	2	sacco mayo 77X145cm	48186	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80}}
38e	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
38f	3	telo 75X90 cm	46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
38g	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500
38h	3	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
38i	1	telo tavolo standard 100X150 cm	46164	
38j	3	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
38k	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
38l	1	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato	422019	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
38m	10	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
38n	5	camice chirurgico rinforzato TG.XL	46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
38o	1	telo adesivo 200X200 cm	NO	NO
<b>SET UNIVERSALE CARDIOCHIRURGIA pediatrica</b>				
38a	1	telo tavolo standard 100X150 cm	46164	
38b	2	sacco mayo 77X145cm	48186	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80}}
38c	3	telo 75X90 cm	46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
38d	1	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato	422019	telo ad U 200X260cm, taglio 7X102 zona assorbimento differenziato
38e	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
38f	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500
38g	3	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
38h	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	TAVOLO 190X280 cm rinforzato
38i	1	carta medicale 60X60 cm	NO	NO
38j	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
38k	3	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
38l	1	telo adesivo 200X200 cm	NO	NO
38m	4	camice chirurgico rinforzato XL	46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
38n	10	Salviette asciugamani 40x60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
38o	10	Salviette asciugamani 40x60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
38p	1	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
38q	4	telo adesivo 75X90 cm	46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
<b>SET UNIVERSALE CARDIOCHIRURGIA ADULTO E PEDIATRICO</b>				
39a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
39b	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
39c	2	sacco mayo 77X145cm	46166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80}}
39d	3	telo 75X90 cm	46588	telo TNT TAVOLO cm 75X90 (X40)
39e	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500
39f	1	telo triangolare 150X170 con bande adesive sui lati lunghi	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
39g	3	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
39h	1	telo tavolo standard 100X150 cm	46164	
39i	3	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
39j	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
39k	1	telo ad U 200X260X320 cm, taglio 14X200 zona assorbimento differenziato	NO	NO
39l	10	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
39m	5	camice chirurgico rinforzato TG.XL	46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
39n	1	telo adesivo 200X200 cm	NO	NO
<b>SET CARIOCHIRURGIA PICCOLI INTERVENTI</b>				
39a	2	asciugamani 18X25 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
39b	1	carta medicale 60X60 cm	NO	NO
39c	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
39d	1	sacco mayo 77X145cm	48186	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80}}
39e	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ -
39f	1	striscia adesiva 9X49 cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500
39g	2	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
39h	1	telo tavolo standard 100X150 cm	46164	
39i	2	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato	472319	telo rinforzato con adesivo, 75X90 cm zona assorbimento differenziato
39j	1	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato	472313	telo rinforzato adesivo 150X240cm zona assorbimento differenziato
39k	3	camice chirurgico rinforzato TG.XL	46230	CAMICE CHIRURG TNT STERILE RINF XL (X22)
39l	1	telo adesivo 200X200cm con zona rinforzata	NO	NO
<b>SET PER CISTOSCOPIA/TUR E LITOTOMIA</b>				
40a	6	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
40b	3	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
40c	1	telo per TUR/TURP 175X240X220 cm con fenestrazione adesiva addominale, fenestrazione perineale/circolare 5 cm, dito per esplorazione in nitrile, gambali incorporati, sacca raccogli liquidi conformabile	NO	NO
<b>SET PER CISTOSCOPIA/TUR E LITOTOMIA</b>				
40a	4	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
40b	1	telo tavolo 150X190 cm rinforzato	472035	telo TAVOLO 150X190 cm rinforzato
40c	1	sacco mayo 77X145cm	48186	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80}}
40d	1	telo chirurgico cm 75 X 90	472319	telo chirurgico cm 75 X 90
40e	3	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
40f	1	telo per TUR/TURP 175X240X220 cm con fenestrazione adesiva addominale, fenestrazione perineale/circolare 5 cm, dito per esplorazione in nitrile, gambali incorporati, sacca raccogli liquidi conformabile	NO	NO
<b>SET PER CISTOSCOPIA/TUR E LITOTOMIA</b>				
40a	6	salviette asciugamani 40X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
40b	3	camice chirurgico non rinforzato XL	46216	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)



40 c	1	telo per TUR/TURP 175X240X220 cm con fenestratura adesiva addominale, fenestratura perineale/circolare 5 cm, dito per esplorazione in nitrile, gambali incorporati, sacca raccogli liquidi conformabile	NO	NO
40 d	1	sacco mayo 77X145cm		
40 e	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	48166	telo TNT TAVOLO MAYO cm 80X145 X80)
40 f	1	copri telecamera 18X250/300	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
40 g	1	salviette asciugamani 40X60 cm	NO	
41	41	<b>SET PIEDE BILATERALE</b>	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
41 a	2	salviette asciugamani 40X60 cm	NO	NO
41 b	1	carta medicale, 60X60 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
41 c	1	camice chirurgico non rinforzato XL	NO	NO
41 d	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	48218	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
41 e	1	sacco mayo rinforzato 77X145 cm	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
41 f	2	salviette asciugamani 40X60 cm	472234	SACCO X TAVOLO MAYO 78X145cm rinforzato
41 g	1	coprimanipolo scialitica spugna blu	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
41 h	5	tampone in TNT, 40 o 50 mm radiopaco	NO	NO
41 i	1	telo adesivo 75X90 cm	473255	TAMPONE TNT RX -STERILE- MM 50 5 PZ.
41 j	1	striscia adesiva 9X49 cm	46161	telo IN TNT TRE STRATI BORDO adesivo cm 100X75
41 k	1	tasca portastrumenti a due scomparti 40X35cm	46077	STRISCIA ADESIVA STERIL cm 8/10X50 (X500)
41 l	2	asciugamani 18X25 cm	40167	TASCA ADESIVA 2 SCOMPARTI (X30)
41 m	1	telo 3 strati 150X175 cm	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
41 n	1	telo per estremità bilaterale con aperture elastiche	472180	telo 3 strati 150X175cm
42	42	<b>SET VALVOLA PERCUTANEA</b>	473692	telo PER ESTREMITA' BILATERALE CON APERTURE ELASTICHE
42 a	2	compresse tnt 10X10 radiopache	no	no
42 b	2	rubinetto a 3 alta pressione	46720	COMPRESSA PIEG TNT RX -STERILE cm 10X10 -10PZ
42 c	1	siringa 20 LS ML	NO	NO
42 d	1	siringa 50 LL ML	XX	XX
42 e	2	camice chirurgico non rinforzato XL	XX	XX
42 f	4	salviette asciugamani 40X60 cm	48218	CAMICE CHIRURG TNT STERILE MIS XL (X24)
42 g	1	telo tavolo 190X280 cm rinforzato	NON CODIFICATO	NON CODIFICATO
42	42	<b>SET UNIVERSALE: SET EMERGENZA</b>	472401	telo TAVOLO 190X280 cm rinforzato
42 a	1	sacco mayo	421755	SET universale: set emergenza
42 b	1	telo adesivo 150X175	46166	sacco mayo
42 c	1	telo adesivo 150X 240	465463	telo adesivo 150X175
42 d	1	telo tavolo 150X 190	472313	telo adesivo 150X 240
42 e	2	teli adesivi 75X90	472035	telo tavolo 150X 190
			472319	teli adesivi 75X90



SCHEMA INFORMATIVA DISPOSITIVO

Allegato di Gara:

1	Denominazione del FABBRICANTE, indirizzo, cap., località, telefono, e-mail, fax, luogo di produzione
2	Nome commerciale e modello attribuito dal FABBRICANTE
3	Codice prodotto utilizzato dal FABBRICANTE per identificare il Dispositivo Medico
4	Classe appartenenza del Dispositivo medico secondo la normativa vigente
5	Codice del Dispositivo Medico secondo la CND (codice della Classificazione nazionale Dispositivi all'ultimo livello di stratificazione)
6	Numero di registrazione del Dispositivo Medico presso il repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici
7	Denominazione del FORNITORE, indirizzo, cap, località, tel, fax, e-mail, luogo di Produzione (se diverso da quello del Fabbricante)
8	Nome commerciale e modello e codice prodotto attribuito dal FORNITORE (se diverso da quello del Fabbricante)
9	Codice prodotto utilizzato dal FABBRICANTE per identificare il D.M. (se diverso da quello attribuito dal Fabbricante)
10	Unità di misura minima (si intende il DM minimo utilizzabile)
11	Confezione minima di vendita (si intende la confezione minima o multipli di essa ordinabile)
12	Gamma di misure, dimensioni e ogni altra informazione utile al corretto utilizzo del DM <u>in lingua italiana</u>
13	Destinazione d'uso attribuita dal FABBRICANTE secondo la certificazione CE
14	Istruzioni e precauzioni nell'utilizzo, eventuali rischi, limitazioni e controindicazioni



	utilizzo ove presenti. Tali indicazioni devono essere fornite <u>in lingua italiana</u>
15	Descrizione dei materiali costituenti il dispositivo, <u>se di origine animale, specificare la provenienza</u>
16	Tipo di sterilizzazione utilizzata ove prevista oppure <u>modalità di sterilizzazione da effettuare</u> sul Dispositivo Medico
17	Condizioni specifiche di conservazione e manipolazione ed eventuali attenzioni se necessarie. Tali indicazioni devono essere fornite <u>in lingua italiana</u>
18	Specificare la tipologia della confezione primaria. Allegare originale o fotocopia dell'etichetta apposta sulla confezione primaria e sul confezionamento di distribuzione
19	Presenza del codice a barre sulle confezioni
20	Copia della certificazione CE, con data di rilascio, validità e tipologia di DM per cui la certificazione è valida
21	Indicare se DM latex-free
22	Indicare se presenti ftalati
23	Data di introduzione sul mercato e, se diversa, data di introduzione sul mercato italiano

Il concorrente deve rispondere in modo corretto ed esauriente; i dati devono essere forniti secondo l'ordine indicato.

DATA, \_\_\_\_\_

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE (o avente procura)

*L'impresa dovrà compilare soltanto le parti pertinenti relative ai prodotti oggetto di gara. Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente, potranno essere allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti richiamo al paragrafo di riferimento*







## SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI

### TESSUTO NON TESSUTO

Le caratteristiche minime sono quelle previste dalle norme n.13795 e seguenti. I dispositivi debbono essere conformi al D.Lgs 46/1997 e s.m.i. oltre che alle specifiche direttive europee e nazionali in materia.

Al fine della valutazione dei requisiti tecnici minimi richiesti, la Commissione Tecnica farà riferimento all'allegato "Verifica\_requisiti\_minimi".doc

Le misure dei dispositivi sono da considerarsi indicative. Saranno accettate offerte di prodotti che si discostano lievemente da quelle indicate (circa il 15 % in eccesso e in difetto).

I dispositivi dovranno avere idonea etichetta, adesiva, per la tracciabilità dei prodotti (almeno due etichette per la tracciabilità dei prodotti).

I nastri adesivi devono avere l'invito per l'apertura.

L'adesivo, dove previsto, deve essere preferibilmente spalmato direttamente sui teli.

La zona, adesiva deve essere realizzata con prodotti di tipo medicale, ipoallergenici e atossici. Inoltre la parte adesiva dovrà rimanere saldamente adesa al telo

La carta di rimozione della banda adesiva deve essere resistente e facilmente rimovibile, con apposito invito, direzionale e segmentata (sulle parti lunghe), al fine di consentire una facile applicazione dei teli.

I dispositivi devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da conseguire l'obiettivo di rispettare le esigenze di comfort e sicurezza del paziente e del personale.

I dispositivi devono garantire durante l'apertura della confezione e il posizionamento dei teli il rispetto delle corrette tecniche asettiche.

I dispositivi devono essere di colore azzurro e/o verde.

Il T.N.T. utilizzato non deve provocare dispersione di particelle o lacerarsi sia da asciutto che da bagnato.

Nei teli e nei set non ci devono essere residui di lavorazione, corpi estranei o lacerazioni improprie del telo dati dai difetti del processo di lavorazione

Per telo paziente si intende telo a due o tre strati o con caratteristiche equivalenti. Laddove richiesto dovranno esservi preferenzialmente zone di assorbimento differenziata oppure assorbenti su tutta la superficie. I teli paziente devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere sterili
- essere costituiti da un unico pezzo, o qualora realizzati in più pezzi, gli stessi:
  - = non dovranno contenere cuciture, ma saldature contigue per evitare l'interruzione della barriera
  - = in caso di cuciture, sulle stesse dovrà essere applicata una striscia termoadesiva al fine di saldarle
- essere preferibilmente impermeabili/assorbenti salvo ove diversamente specificato
- le eventuali fenestrature, fessure, fori quando presenti, devono essere di dimensioni idonee ben contornati e adesivi se necessario
- la zona adesiva dove prevista, deve avere dimensioni sufficienti per assicurare un'aderenza ottimale durante tutto il periodo d'uso.

Per telo tavolo si intende telo a due strati che almeno nella zona che ricopre il piano lavoro, ove necessario, deve essere ulteriormente rinforzato

\*Tamponi compresse e laparotomiche devono essere costituite in TNT, rispondere alla EN 1644 parte 1-2, deve essere composta da due terzi di viscosa e un terzo in fibra di poliestere.

Il filo radiopaco deve essere preferibilmente saldato nella trama e disposto per tutta la lunghezza; la garza deve essere assorbente e non abrasiva, buona resistenza alla rottura, ridotta dispersione di particelle.

Tamponi: misure differenti, grammatura 30 – 50 m<sup>2</sup>, filo radiopaco preferibilmente saldato, confezionato in blister da 5 pezzi, con doppia etichetta per il controllo numerico.

Comprese: varie misure, grammature almeno 50 gr -70 gr, filo radiopaco preferibilmente saldato per tutta la lunghezza, confezionato con doppia etichetta per il controllo numerico.

Pezze laparotomiche: misure differenti, grammatura indicativa 130m<sup>2</sup>, filo radiopaco preferibilmente saldato, composte da tre/quattro strati saldati o cuciti, confezionamento con controllo numerico.

Per quanto attiene alla tipologia **comprese, tamponi, laparotomiche** ci si riserva di richiedere nel corso dell'esecuzione del contratto l'introduzione del cotone in sostituzione/integrazione dei prodotti contenuti nei set di TNT. Caratteristiche minime: cotone 100%, sterile, bianco, con filo di bario inserito o incollato nel tessuto, deve essere eseguito controllo numerico. Latex free.

Dovranno essere fornite varie misure

Titolo indicativo 10/7 peso minimo 22gr/m<sup>2</sup>





Devono essere fornite con doppio confezionamento e idoneo imballaggio.

Nel predisporre l'offerta, la ditta tenga presente quanto segue:

- ❖ tutti i dispositivi di cui alla presente richiesta dovranno essere **latex free** ;
- ❖ laddove vengano indicati range di misure con l'espressione "da ... a ... ", la ditta dovrà offrire tutte le misure comprese fra i due estremi;
- ❖ confezionamento: i teli devono essere posizionati in modo da consentire la preparazione del campo operatorio in modo asettico
- ❖ le misure riportate sono da considerarsi indicative; potranno essere presi in considerazione anche dispositivi le cui misure si discostino da quelle indicate, entro un range di tollerabilità stabilito ad insindacabile giudizio della Commissione tecnica (15% in difetto e in eccesso; tutti i dispositivi dovranno essere forniti sterili, salvo ove diversamente indicato;
- ❖ per ciascun sub-lotto è possibile offrire una sola tipologia di prodotto; non è ammessa la possibilità di offerte alternative
- ❖ i prodotti offerti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente e/o emananda normativa in materia. In particolare, i dispositivi dovranno essere conformi al D. Lgs. 46/1997 e s.m.i., tra cui il D.Lgs 37/2010, di attuazione della Direttiva CE 93/42 modificata dalla Direttiva CE 2007/47 sui dispositivi medici, la **confezione singola** per l'uso in ambiente asettico, deve essere tale da garantire e proteggere il contenuto dall'umidità e dalla polvere, così da evitare qualsiasi tipo di contaminazione microbica. Detta confezione (carta sacchetto di tipo medicale o in polietilene) deve permettere l'apertura facile e sicura per non contaminare il contenuto; le dimensioni devono essere adeguate al contenuto stesso.
- ❖ Il set deve essere confezionato con il telo del tavolo madre o con carta medicale

Le confezioni singole devono essere contenute in **imballi**, preferibilmente dispenser o protette da un livello intermedio di confezionamento che ne mantenga l'igiene. Gli imballi devono essere contenuti in cartoni di trasporto resistente che garantiscano la buona conservazione ed il magazzinaggio per sovrapposizione ed adeguata etichettatura che faciliti lo stoccaggio e identificazione Tali imballi dovranno riportare le indicazioni per l'identificazione quali/quantitativa e la corretta conservazione del contenuto; dovranno, inoltre, essere maneggevoli, ai sensi di quanto previsto dal T.U.n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in tema di movimentazione dei carichi. Il materiale dell'allegato C dovrà essere contenuto preferibilmente in dispenser.


Il numero dei pezzi per ciascuna scatola o imballo deve restare costante nel corso della fornitura, salvo diversi accordi formalizzati con la stazione appaltante, e dichiarato nella documentazione richiesta.

#### CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PEZZI, DEROGABILI RIGUARDO AL CONFEZIONAMENTO NEL CASO DI INSERIMENTO IN PACCHI PROCEDURALI

A) SET E LORO COMPOSIZIONE (TIPOLOGIA, MISURE, QUANTITA' DEI DISPOSITIVI)  
(SI VEDA FILE EXCEL ALLEGATO A PER LA DISTINTA DEI SET)

DURANTE LA FORNITURA L'AZIENDA POTREBBE CHIEDERE ANCHE L'INTRODUZIONE DI SET SPECIALISTICI (Neuroradiologia, Oculistica, Emodinamica)

TUTTO IL MATERIALE INDICATO NEI SET ELENCATI POTREBBE ESSERE MODIFICATO A SEGUITO DI RICHIESTE DA PARTE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DEGLI UTILIZZATORI DURANTE IL PERIODO DI GARA. Analogamente per il materiale indicato nei punti B) e c)





**B) MATERIALE che le AA.OO si riservano di richiedere durante la fase di esecuzione del contratto esclusivamente NEI SET**

**BISTURI MONOUSO**

I bisturi: monouso sterili, devono avere impugnatura in materiale plastico antiscivolo, lama in acciaio inossidabile con doppia affilatura e protezione salva lama da entrambi i lati in materiale plastico e rigido.

- **Bisturi monouso varie misure e con dispositivo di sicurezza**
- **Lame e portalamo varie misure**

**CANNULE, CATETERI E TUBI DI ASPIRAZIONE CONTENUTI NEI PACCHI**

Cannule: trasparenti e flessibili per permettere la variazione dell'angolazione.

Punta non traumatica (a bordi arrotondati e smussi), in materiale atossico. Con o senza foro di controllo dell'aspirazione. La punta può essere con fori (4 fori laterali) o senza fori, o con punta a bulbo. Devono essere curve nella parte prossimale al foro di aspirazione, parte distale raccordabile per innesto ai tubi di aspirazione di diametri diversi, impugnatura anatomica, preferibilmente ergonomica, lunghezza totale 25 cm circa.

- **Cannula yankauer punta piatta/conica/bulbo/ con fori laterali, con o senza foro di aspirazione secondo richieste delle Aziende Ospedaliere (anche in acciaio)**

Tubi: resistenti ad ingincchiamento, schiacciamento ed attorcigliamento. Sterile. Monouso. Attacco a innesto.

- **Tubo connessione secondo le richieste aziendali**

**ALTRO MATERIALE ACCESSORIO (SPUGNETTE, CIOTOLE, ECC.) CONTENUTO NEI PACCHI**

Ciotole: in polipropilene. Monouso, sterili.

- **Ciotola raccogli placenta ml 3000**
- **Ciotola ml 1000**
- **Ciotola ml 250**
- **Ciotola ml 100**
- **Ciotola ml 50 o ciotola ml 25**

Clamp ombelicale: Monouso, sterili.

- **Clamp ombelicale**

Siringhe luer con luer o senza luer rubinetto e raccordi a tre vie

- **Siringa ml 20l**
- **Siringa ml 50**
- **Eventuali altre misure**
- **Rubinetto a tre vie ad alta pressione**

Salviettine monouso sterili: tessuto non tessuto di viscosa di cellulosa idrofila


- **Salviettine assorbenti: in TNT misure cm 30x40 (indicativo, viene lasciata discrezionalità)**

Contenitore per conteggio aghi e lame da bisturi (con 46580 misure differenti): tipo new safety con magnete e magnete dimensioni da aperto 18 x 9 bordo 2 cm, strisce magnetiche 3 cm, con dispositivo rimozione lame coperto. Sterile.

- **Contenitore per conteggio aghi e lame da bisturi tipo new safety con magnete e magnete dimensioni cm 9x9 bordo cm 2, strisce magnetiche cm 3.**

**ALTRO MATERIALE ACCESSORIO**

- **Copri scialitica secondo apparecchiature presenti presso sala operatoria**
- **Copri telecamera cm 18x250/300**





**C) Materiale in TNT che può essere contenuto o non contenuto nei set e che deve essere disponibile anche sfuso:  
(SI VEDA FILE EXCEL ALLEGATO B)**

**COMPRESSE, TAMPONI, LAPAROTOMICHE**

Compresse in TNT cm 10x10, 30-70 gr rx  
Compresse in TNT cm 7,5x7,5, 30-70 gr radiopaco  
Compresse in TNT cm 10x20, 30-70 gr radiopaco

Laparotomiche cm 40x 40 indicativamente 130gr 3/4 strati verde radiopaca  
Laparotomiche cm 40x 60 indicativamente 130gr 3/4 strati verde radiopaca  
Laparotomiche cm 40x 40 indicativamente 130gr 3/4 strati bianca radiopaca  
Laparotomiche cm 40x 60 indicativamente 130gr 3/4 strati bianca radiopaca

Tampone in TNT, circa mm 40 o 50 radiopaco (varie misure - viene lasciata discrezionalità)

Alcune aziende potrebbero richiedere esplicitamente, a seguito di aggiudicazione, l'introduzione del cotone in sostituzione/integrazione dei prodotti contenuti nei set di TNT per quanto alla tipologia compresse, tamponi, laparotomiche con controllo numerico

Misure indicative:

Compresse in cotone cm 10x10 radiopaca  
Compresse in cotone cm 7,5x7,5 radiopaca  
Compresse in cotone cm 10x20 radiopaca

Laparotomiche in cotone cm 40x 40 radiopaca bianca  
Laparotomiche in cotone cm 40x 60 radiopaca bianca

Tampone in cotone , circa mm 40 radiopaco (varie misure - viene lasciata discrezionalità)

**ASCIUGHINI E SALVIETTE ASSORBENTI**

Salviettine monouso sterili: tessuto non tessuto di viscosa di cellulosa idrofila

Salviettine assorbenti: in TNT misure:

- **Salviettine assorbenti cm 30x40** (possibilità di chiedere altre misure)

Misure differenti: Per la destinazione d'uso delle salviettine si veda l'elenco degli specifici set in cui sono inserite.

Striscia Adesiva: in TNT con adesivo

- **Nastro adesivo cm 9 x 49**

Fissatubi in velcro: nastro in velcro con parte adesiva per fissaggio su tela o TNT. Monouso. Sterile

- **Velcro fissa-tubi cm 2,5 x 30 monouso sterile**

Manichetta copritubo 15x250cm

- **Manichetta copritubo protettrice sterile 15x250 cm**

**SACCA RACCOLTA LIQUIDI**


- **Sacca artroscopia spalla**
- **Sacca raccolta liquidi cm 50x50 adesiva trasparente**
- **Sacca raccolta liquidi triangolare in materiale plastico trasparente con adesivo cm 56 (base) x cm 51 (lato) x cm 8**

**TASCHE**

Tasca ad uno scomparto adesiva: 30 x 40 cm ad uno scomparto, impermeabile, con bordi saldati, munita di banda adesiva con doppio invito.

- **Tasca adesiva cm 30 x 40 a uno scomparto**





Tasca a due scomparti adesiva: cm 30 x 40 a due scomparti, impermeabile, con bordi saldati, munita di banda adesiva con doppio invito.

- **Tasca adesiva cm 30 x 40 a due scomparti**

Tasca a tre scomparti adesiva: cm 30 x 50 a tre scomparti, impermeabile, con bordi saldati, munita di due bande adesive con doppio invito per il fissaggio al campo operatorio.

- **Tasca a tre scomparti adesiva cm 30 x 50**

Sacco di mayo per tavolo servitore: totalmente impermeabile, con strato in T.N.T. corrispondente al piano superiore del tavolo, piegatura ed indicazioni che guidino l'operatore nella vestizione del tavolo, con tecnica asettica. Misura 77 x 145 cm; è possibile anche la versione rinforzata nella parte centrale con adeguata grammatura e stratificazione.

- **Sacco di mayo per tavolo servitore cm 77 x 145**
- **Sacco di mayo rinforzato per tavolo servitore cm 77 x 145**

#### TELI PER COPERTURA TAVOLO

Telo a due strati copritavolo: assorbente nella zona centrale; è possibile anche la versione rinforzata nella parte centrale con adeguata grammatura e stratificazione.

- **Telo a due strati cm 150 x 240**
- **Telo a due strati cm 190 x 280**
- **Telo a due strati cm 150 x 190**
- **Telo a due strati cm 100 x 150**
- **Telo a due strati cm 190 x 210**

#### TELINI INCISIONE

Telini adesivi per incisione: trasparenti, sintetici, con foglio di protezione di facile rimozione. Devono aderire perfettamente alla cute, con zona adesiva.

La superficie totale dei telini, dovrà garantire la presenza di bordo di misura adeguata.

- **Telino chirurgico per incisione cm 30 x 26 zona adesiva cm 20 x 25**
- **Telino chirurgico per incisione cm 35 x 60 zona adesiva cm 35 x 35**
- **Telino chirurgico per incisione cm 45 x 55 zona adesiva cm 45 x 50**
- **Telino chirurgico per incisione cm 45 x 90 zona adesiva cm 45 x 60**
- **Telino chirurgico per incisione cm 60 x 80 zona adesiva cm 60 x 75**

#### TELI PER COPERTURA PAZIENTE

##### STOCKINETTE E GAMBALI

Stockinette: impermeabili con calza interna in maglia, solidale con lo strato impermeabile

esterno. La stockinette deve essere arrotolata per consentire la preparazione del campo con tecnica asettica. Misure:

- **Stockinette cm 22 x 75**
- **Stockinette cm 32 x 120**
- **Teli copri arti inferiori (gambali) cm 75x120**

##### TELO SOTTOSACRALE

Telo sottosacrale:

- **Telo sottosacrale cm 85 x 120 cm con sacca per fluidi e valvola di scarico**
- **Telo sottosacrale cm 75 x 100**

##### TELO A "U"

Telo a U: Preferenzialmente a tre strati con zona di rinforzo assorbente nella zona sottostante la U.

- **A tre strati cm 200 x 260 cm, con taglio centrale cm 100 x 7 cm sul lato più lungo, con banda adesiva su tutta la "U".**
- **A tre strati cm 200 x 260 cm, con taglio centrale cm 20 x 102 cm sul lato più lungo, con banda adesiva su tutta la "U".**
- **A tre strati cm 200 x 290 cm, con taglio centrale cm 7 x 102 cm sul lato più lungo, con banda adesiva su tutta la "U".**
- **A tre strati cm 150 x 200 cm, con taglio sul lato lungo cm 6 x 65 cm, banda adesiva non inferiore ai 4 cm su tutta la superficie ad "U".**





- A tre strati cm 125 x 150 cm, con taglio centrale cm 45 x 7 cm sul lato più lungo, con banda adesiva su tutta la "U".
- Telo ad U polietilene cm 150x193, con banda adesiva su tutta la "U".
- Telo ad U cm 200x260x 320 – taglio cm 14X200 con zona rinforzata

#### TELO Preferenzialmente A TRE STRATI

Telo Preferenzialmente a tre strati : senza banda adesiva con zona di rinforzo. Misure:

- Telo cm 37.5 x 45
- Telo cm 75 x 90
- Telo cm 90 x 150
- Telo cm 150 x 175
- Telo cm 150 x 240
- Telo turbante (2 teli cm 150x175 e cm 106x 103)

#### TELO CON BORDO ADESIVO

Telino a due strati con banda adesiva: altamente assorbente con adesivo sul lato lungo.

- Telino a due strati con banda adesiva cm 75 x 90
- Telino a due strati con banda adesiva cm 150 x 240

Telino a due strati: a due strati impermeabile. Confezione massima 40-50 pezzi, in cartone tipo dispenser.

- Telino a due strati cm 75 x 90
- Telino a due strati cm 37 x 45

Telo con bordo adesivo: Preferenzialmente a tre strati con banda adesiva sul lato lungo. Misure:

- Telo chirurgico cm 150x 240 per la copertura paziente
- Telo chirurgico cm 150 x 175 per copertura paziente
- Telo chirurgico cm 150 x 190 per copertura paziente
- Telo adesivo cm 100 x 140 per la copertura del paziente
- Telo chirurgico cm 100 x 100 per la copertura paziente
- Telo chirurgico cm 75 x 100
- Telo chirurgico cm 75 x 90
- Telo chirurgico cm 75 x 75

#### TELO CON FORO


Telo con foro: Preferenzialmente a tre strati con zona di rinforzo adiacente al foro con adesivo o senza

- Telo cm 200 x 280 cm con foro adesivo D. cm 15 in area decentrata rispetto al lato lungo
- Telo cm 200 X 280 cm con foro adesivo quadrato di cm 14 di lato in posizione decentrata.
- Telo cm 100 x 125 cm con foro adesivo D. cm 11 in posizione centrale
- Telo cm 120 x 150 con foro centrale diametro cm 7,5
- Telo cm 75 x 90 con foro centrale diametro cm 6x8
- Telo cm 120x150 con foro adesivo centrale diametro cm 5x7
- Telo con foro ovale cm 50x60 apertura cm 6x8
- Telo cm 75x90 con foro centrale adesivo

#### TELI SPECIFICI

Teli specifici: Preferenzialmente a tre strati con zona di rinforzo vicino al foro di incisione.

- Telo cranio cm 230 x 290 con tasca adesiva triangolare cm 30x20
- Telo cm 200 x 315 con foro cm 11 x 22
- Telo a T cm 250/175/270x 260 (apertura cm 25 x 30 e cm 12 x 24) con zona assorbente, tasche laterali incorporate, per copertura paziente con accesso addomino/perineale
- Telo cm 175 x 300 per nefrostomia con fenestrazione diametro cm 5 e sacca per liquidi
- Telo ginecologico cm 200/270 x 280 apertura cm 8x11
- Telo per laparotomia cm 200/270x 315 con apertura cm 23x36





Teli specifici: in polietilene con zona di comfort .

- Telo x TUR/TURP cm 175x270x240 con fenestrazione adesiva addominale, fenestrazione perineale circolare 5 cm, dito per esplorazione in nitrile, gambali incorporati, sacca raccolta liquidi conformabile

#### TELO PER CARDIOCHIRURGIA:

- Telo per cardiocirurgia triangolare misura cm. 150x170cm., con bande adesive sui due lati lunghi.

#### TELO PER CHIRURGIA DELLA MANO

Telo per chirurgia della mano: Preferenzialmente a tre strati, forma a "T" con area elastica e foro centrale diam. cm 3,5;

- Telo per chirurgia della mano cm 150 x 370x 280 con foro da cm 3,5

#### TELI PER CHIRURGIA DELLA SPALLA

Telo per chirurgia della spalla: Preferenzialmente a tre strati,

- Telo per artroscopia di spalla cm 400x240 apertura elastica cm 10x10
- Teli ad U cm 230x 295 cm taglio cm 10x70
- Teli ad U cm 240x 170 cm taglio cm 15x45

#### TELO CON SACCA CENTRALE

Telo con sacca centrale: Preferenzialmente a tre strati con rinforzo. Misure

- Telo cm 175/250 x 300 area incisione cm 38x32 apertura cm 18x16 cm con sacca raccolta liquidi

#### TELO PER ISOLAMENTO VERTICALE

Telo per isolamento verticale: in polietilene 330 x 240 cm finestra 40 x 30 con sacca raccolta liquidi con film da incisione incorporato cm 25 x 35 cm, con tasche portastrumenti.

- Telo isolamento verticale cm 330 x 240 per arti inferiori

#### TELO PER LITOTOMIA

Telo per litotomia: Preferenzialmente a tre strati, con gambali, fenestrazione perineale e sacca raccogli liquidi già assemblata.

- telo per urologia cm 175/270 x 180 cm con sacca raccolta liquidi e con apertura per incisione

#### TELO OFTALMICO

Telo oftalmico: con telino da incisione adesivo e con una tasca. Misure:

- Telo oftalmico cm 140 x 150 con telino da incisione adesivo 8 x 10 in posizione centrale e tasca
- Telo oftalmico cm. 120 x 150 cm. circa con telino da incisione adesivo 8 x 10 in posizione centrale e tasca
- Telo oftalmico cm. 150 x 250 cm. circa con telino da incisione adesivo 8 x 10 in posizione centrale e tasca

#### TELO SPECIFICI PER ORTOPEDIA

Telo estremità bilaterale piede: telo con foro 7 cm

- Telo per estremità bilaterale cm 200 x 300 cm con aperture elastiche cm 7

Telo estremità normale: telo a T con foro 7 cm

- Telo per estremità cm 200/300 x 320 apertura elastica cm 7

Telo mano-piede:


- Telo mano piede cm 230 x 315 apertura elastica cm 3.5

Telo artroscopia ginocchio: apertura 7 cm con sacca raccolta liquidi

- Telo artroscopia ginocchio cm 230 x 320 apertura elastica cm 7 con sacca raccolta liquidi

Telo anca posizione laterale: apertura 7 cm con sacca raccolta liquidi

- telo a T cm 230 x 300 x 330 con foro elastico cm 18 x 22 con sacche laterali





#### CAMICI / MASCHERINE/ALTRO

Manichetta: misure: larghezza cm 25 circa, lunghezza cm 50 circa, totalmente impermeabile, con bordi saldati e non cuciti, polso in maglia elastica di lunghezza di circa cm 8, bordo superiore con elastico. Confezione primaria da una manichetta.

- **Manichetta protettiva sterile cm 50x25**

Camice chirurgico sterile a protezione totale: camice in T.N.T., dispositivo medico, sterile con copertura totale, e impermeabile su tutta la superficie, avvolgente a chiusura sul fianco, maniche preferenzialmente termosaldate almeno fino al gomito compreso, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile e comprensivo di minimo due salviette assorbenti. Diverse taglie richieste indicativamente: S-M - L - XL - XXL o lunghezza indicativa da 120 a 170 per la taglia più grande. Polsino di cm 8 circa.

Il sistema di confezionamento dovrà prevedere:

- un imballaggio esterno per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda Ospedaliera
- un secondo sistema di protezione interna, preferibilmente dispenser, ad ulteriore garanzia di conservazione e per agevolare la rimozione ed il prelevamento dei camici
- una busta contenente i camici, .

**Camice chirurgico sterile in TNT a copertura totale e protezione assoluta misure es: S-M-L-XL-XXL**

Camice chirurgico rinforzato sterile: camice chirurgico in T.N.T, sterile, rinforzato e impermeabile sulla parte anteriore e sulle maniche, allacciatura posteriore con cartoncino anticontaminazione, maniche preferenzialmente termosaldate almeno fino al gomito compreso, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile e comprensivo di minimo due salviette assorbenti. Diverse taglie richieste indicativamente: S-M - L - XL - XXL o lunghezza indicativa da 120 a 170 per la taglia più grande. Polsino di cm 8 circa e protezione avambraccio (escluso il polsino) di cm 35 circa.

Il sistema di confezionamento dovrà prevedere:

- un imballaggio esterno per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda Ospedaliera
- un secondo sistema di protezione interna, preferibilmente dispenser, ad ulteriore garanzia di conservazione e per agevolare la rimozione ed il prelevamento dei camici
- una busta contenente i camici, .

**Camice chirurgico rinforzato sterile misure es: M-L-XL-XXL -**

Camice chirurgico standard sterile: camice chirurgico in T.N.T. sterile, ad elevata capacità protettiva con effetto barriera con allacciamento posteriore con cartoncino anticontaminazione, maniche preferenzialmente termosaldate almeno fino al gomito compreso, polsini in maglia, chiusura al collo regolabile e comprensivo di minimo due salviette assorbenti. Diverse taglie richieste indicativamente: S-M - L - XL - XXL o lunghezza indicativa da 120 a 170 per la taglia più grande. Polsino di cm 8 circa.

Il sistema di confezionamento dovrà prevedere:

- un imballaggio esterno per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda Ospedaliera
- un secondo sistema di protezione interna, preferibilmente dispenser, ad ulteriore garanzia di conservazione e per agevolare la rimozione ed il prelevamento dei camici
- una busta contenente i camici, .

**Camice sterile protezione standard misure es: S-M-L-XL-XXL**

Camice per chirurgia ambulatoriale, sterile, in TNT, drappeggiabile, con polsini in poliestere e chiusura al collo regolabile. Confezione singola con efficace barriera contro polvere ed umidità. Richiesto nelle misure L e XL. Nella confezione deve essere presente un'ampia salvietta.

Camice per visitatore/infermiere sterile: misura grande. Confezione massima da 100 pezzi. Resistente agli strappi, con allacciatura al collo e in vita e polsino in maglia e/o elastico. Lunghezza camice di circa cm 130.


Camice per visitatore non sterile: misura grande. Confezione massima da 100 pezzi. Resistente agli strappi, con allacciatura al collo e in vita e polsino in maglia e/o elastico. Lunghezza camice di circa cm 130.

Divisa monouso: monouso, mezza manica, nessun elastico a livello del piede, traspirante Resistente agli strappi.






SCHEDA introduttiva Criteri minimi di Gara per procedere alla valutazione prodotti in TNT pena esclusione		Si/No (*)	Valutazione (*)
1	Le caratteristiche minime sono quelle previste dalle norme n.13795 e seguenti. I dispositivi debbono essere conformi al D.Lgs 46/1997 e s.m.i. oltre che alle specifiche direttive europee e nazionali in materia		kit
2	Misure dei DM indicative ma che non si discostano del 15% in eccesso e in difetto valori superiori a tale percentuale saranno a discrezione della commissione valutatrice		Kit
3	Idonea etichettatura adesiva per la tracciabilità del prodotto (kit)		Kit
4	Idonea etichettatura adesiva per la tracciabilità e identificazione del prodotti sfusi (materiale allegato c)		Materiale contenuto in dispenser
5	I nastri adesivi devono avere l'invito per l'apertura		Kit
6	Adesivo, preferenzialmente spalmato		kit
7	La zona adesiva deve essere realizzata con prodotti di tipo medicale, ipoallergenici e atossici		Kit
8	La parte adesiva dovrà rimanere saldamente adesa al telo		Kit
9	La carta di rimozione della banda adesiva deve essere resistente e facilmente rimovibile, con apposito invito, direzionale e segmentata (sulle parti lunghe), al fine di consentire una facile applicazione dei teli		Kit
10	Le caratteristiche chimico-fisiche necessarie per conseguire l'obiettivo di rispettare le esigenze di comfort e sicurezza del paziente e del personale		Kit
11	La composizione del kit deve garantire durante l'apertura della confezione e il posizionamento dei teli il rispetto delle corrette tecniche asettiche.		Kit
12	I dispositivi devono essere di colore azzurro e/o verde.		Kit
13	Il T.N.T. utilizzato non deve provocare dispersione di particelle o lacerarsi sia da asciutto che da bagnato.		Kit
14	Nei teli e nei set non ci devono essere residui di lavorazione, corpi estranei o lacerazioni improprie del telo dati dai difetti del processo di lavorazione		Kit
15	Telo paziente a due o tre strati (o equivalente) dovrà esservi preferenzialmente zona assorbente differenziata, dove richiesto, o essere assorbente su tutta la superficie		Kit Materiale contenuto in dispenser
16	Caratteristiche teli <ul style="list-style-type: none"> <li>* essere sterili</li> <li>* essere costituiti da un unico pezzo, o qualora realizzati in più pezzi, gli stessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>= non dovranno contenere cuciture, ma saldature contigue per evitare l'interruzione della barriera</li> <li>= in caso di cuciture, sulle stesse dovrà essere applicata una striscia termoadesiva al fine di saldarle</li> </ul> </li> <li>* essere preferibilmente impermeabili/assorbenti salvo ove diversamente specificato</li> <li>* le eventuali fenestrature, fessure, fori quando presenti, devono essere di dimensioni idonee ben contornati e adesivi se necessario</li> <li>* la zona adesiva dove prevista, deve avere dimensioni sufficienti per assicurare un'aderenza ottimale durante tutto il periodo d'uso.</li> </ul>		Kit Materiale contenuto in dispenser
17	Telo tavolo: telo a due strati che almeno nella zona che ricopre il piano lavoro e ove necessario deve essere ulteriormente rinforzato		Kit Materiale contenuto in



			dispenser
18	<p>Tamponi compresse e laparotomiche devono essere costituite in TNT, rispondere alla EN 1644 parte 1-2, deve essere composta da due terzi di viscosa e un terzo in fibra di poliestere.</p> <p>Tamponi: misure differenti, grammatura 30 – 50 m<sup>2</sup>, filo radiopaco preferibilmente saldato, confezionato in blister da 5 pezzi, con doppia etichetta per il controllo numerico.</p> <p>Compresse: varie misure, grammature almeno 50 gr -70 gr, filo radiopaco preferibilmente saldato per tutta la lunghezza, confezionato con doppia etichetta per il controllo numerico.</p> <p>Pezze laparotomiche: misure differenti, grammatura indicativa 130m<sup>2</sup>, filo radiopaco preferibilmente saldato, composte da tre/quattro strati saldati o cuciti, confezionamento con controllo numerico.</p>		Kit Materiale contenuto in dispenser
19	Lattex free		Kit Materiale contenuto in dispenser
20	La confezione singola per l'uso in ambiente asettico, deve essere tale da garantire e proteggere il contenuto dall'umidità e dalla polvere, così da evitare qualsiasi tipo di contaminazione microbica. Detta confezione (carta sacchetto di tipo medicale o in polietilene) deve permettere l'apertura facile e sicura per non contaminare il contenuto; le dimensioni devono essere adeguate al contenuto stesso.		Kit Materiale contenuto in dispenser
21	Le confezioni singole devono essere contenute in imballi, preferibilmente dispenser o protette da un livello intermedio di confezionamento che ne mantenga l'igiene. Il materiale dell'allegato C dovrà essere contenuto preferibilmente in dispenser.		Kit Materiale contenuto in dispenser
22	Gli imballi devono essere contenuti in cartoni di trasporto resistente che garantiscano la buona conservazione ed il magazzinaggio per sovrapposizione ed adeguata etichettatura che faciliti lo stoccaggio e identificazione		Kit Materiale contenuto in dispenser
23	Tali imballi dovranno riportare le indicazioni per l'identificazione quali/quantitativa e la corretta conservazione del contenuto; dovranno, inoltre, essere maneggevoli, ai sensi di quanto previsto dal T.U.n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in tema di movimentazione dei carichi.		Kit Materiale contenuto in dispenser
24	Il numero dei pezzi per ciascuna scatola o imballo deve restare costante nel corso della fornitura, salvo diversi accordi formalizzati con la stazione appaltante, e dichiarato nella documentazione richiesta.		Kit Materiale contenuto in dispenser
25	Il set deve essere confezionato con il telo del tavolo madre o con carta medicale		Kit
26	Laddove vengano indicati range di misure con l'espressione "da ... a ... ", la ditta dovrà offrire <u>tutte</u> le misure comprese fra i due estremi;		Kit Materiale contenuto in dispenser
27	Il filo radiopaco deve essere preferibilmente saldato nella trama e disposto per tutta la lunghezza; la garza essere assorbente e non abrasivo, buona resistenza alla rottura, ridotte dispersione di particelle.		Kit Materiale contenuto in dispenser
	Le compresse, tamponi, laparotomiche in cotone (IN		Materiale



28	ALTERNATIVA ad esplicita richiesta dell'AO) cotone 100%, sterile, bianco, con filo di bario inserito o incollato nel tessuto, deve essere eseguito controllo numerico. Latex free. Dovranno essere fornite varie misure Titolo indicativo 10/7 peso minimo 22gr/m2 Devono essere fornite con doppio confezionamento e idoneo imballaggio.		contenuto in dispenser
----	--	--	------------------------

(\*) La valutazione verrà fatta sulla base della documentazione tecnica presentata e prevista nelle specifiche tecniche di capitolato nonché su base di specifica campionatura:  
consegnare numero 1 kit (contenenti tutte le tipologie di materiali oggetto di valutazione come da criteri minimi)

Per il prodotti sfusi si chiede di inviare almeno una campionatura per la valutazione sopra riportata che esemplifichi le tipologie di prodotti

