



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

P.G. n. _____

TRL 1/6/3

Bergamo, 04.09.2023

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N.36 DEL 31.03.2023 PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO TOP DI GAMMA DESTINATO ALLA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 – RADIOLOGIA DOTATO DI MODULI AVANZATI PER VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE/PROGNOSTICHE IN PARTICOLARE DEL FEGATO E PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

AVVISA

che intende procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 per l'affidamento di quanto in oggetto specificato.

1

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E ESIGENZE CLINICHE

L'oggetto di gara è la fornitura di un ecotomografo top di gamma destinato ad essere utilizzato nella SC Diagnostica per immagini 1 – Radiologia dotato di moduli avanzati per valutazioni diagnostiche/prognostiche in particolare del fegato e per pazienti adulti e pediatrici.

L'apparecchiatura dovrà essere corredata di tutti i software, le sonde e gli accessori necessari per poter effettuare le seguenti procedure:

- studio dei distretti addominale, dei linfonodi superficiali (cute e sottocute) e tessuti molli, muscolo-tendinei sia dei pazienti adulti che pediatrici e neonatali;
- studio approfondito del fegato e della patologia epatica in particolare in pazienti affetti da malattie congenite e/o croniche anche con mezzo di contrasto.

REQUISITI INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

Le configurazioni proposte devono obbligatoriamente soddisfare i seguenti requisiti tecnologici minimi, *pena l'esclusione dalla gara*:



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- Sistema carrellato, ergonomico, completo di monitor di dimensioni minime 22” ad alta risoluzione montato su braccio articolato e svincolato dal corpo macchina;
- Consolle/pannello operativo con touch screen a colori con possibilità di selezione delle funzioni principali;
- Almeno 4 connettori contemporaneamente attivi per sonde;
- Misure lineari o complesse su immagini congelate e/o da archivio;
- Modalità operative (dovranno essere attive su tutte le sonde compatibili): B-Mode, Power Doppler (PD), Color doppler, Tissue Armonic Imaging, Contrast Enhanced Ultrasound;
- Modulo per elastografia ShearWave che consenta multiple misurazioni in singola apnea (per semplificare la misurazione specialmente in pazienti pediatrici non collaboranti) preferibilmente con indicazione dei cut-off standardizzati, protocolli specifici per la misurazione della rigidità epatica e splenica e dotazione di sistema di verifica dell’accuratezza dei risultati;
- Funzione di quantificazione real time della steatosi epatica per pazienti adulti e pediatrici;
- Modulo CEUS a basso indice meccanico con sw di analisi delle curve di wash in e wash out.
- Si richiede che vengano forniti tutti gli aggiornamenti sw rilasciati nel corso del periodo di validità della garanzia;
- **Licenze** necessarie per l’utilizzo di tutte le modalità specificate sopra nonché licenze già installate per applicazioni, calcoli e preset specifici almeno per le seguenti categorie di esami:
 - Addominali;
 - Parti molli;
 - Vascolari;
 - Muscoloscheletrici;

2

Tutti i calcoli e le elaborazioni sopra richieste devono essere effettuati bordo macchina (senza necessità di installare software aggiuntivi su pc desktop/portatili):

- Presa di rete;
- Porta USB per esportazione immagini;
- Modulo DICOM 3 integrato completo almeno delle seguenti classi DICOM: storage, print, worklist e query/retrieve; i costi per la connessione al nostro sistema RIS /PACS dovranno essere inclusi in offerta;
- Stampante termica medica B/N;
- Hard disk integrato nel sistema, per archivio immagini di almeno 500GB;

TRASDUTTORI inclusi nella fornitura



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

Le frequenze indicate sono solo dei riferimenti basati sull'attuale dotazione. Verranno accettati anche range differenti purché la sonda assolva lo scopo clinico indicato.

- **Sonda Convex** con ampia apertura e ampia profondità di penetrazione per addomi difficili (da 1MHz a 6MHz)
- **Sonda lineare multifrequenza** per utilizzo vascolare, muscoloscheletrico, parti molli e collo (da 4 a 20 MHz);
- **Sonda lineare multifrequenza** per utilizzo come addominale pediatrica e gastroenterologia adulti (da 2 a 9 MHz).

ACCESSORI OBBLIGATORI DA INCLUDERE NELLA FORNITURA

- Cavi di collegamento alla rete elettrica e alla rete dati
- Tutto quanto necessario per un corretto utilizzo già al momento della consegna

ACCESSORI OPZIONALI:

- Modulo per fusion imaging su sonde convex, con navigazione in tempo reale sincronizzabile almeno con TC ed RM completo di tutti gli accessori necessari per il corretto utilizzo.

3

L' ASST PG 23 si riserva la facoltà di richiedere di effettuare un'installazione in prova/visione delle tecnologie proposte. La prova/visione, in caso di attivazione, dovrà svolgersi presso i locali destinati ad ospitare tali dispositivi, secondo le modalità e le procedure attualmente vigenti presso l'ASST Papa Giovanni XXIII, entro 10 gg dalla richiesta, per un periodo di 5 gg lavorativi.

Tutte le prestazioni connesse all'installazione, messa in funzione e verifica del corretto funzionamento della apparecchiatura richiesta sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

La fornitura s'intende comprensiva di:

- tutte le componenti e di tutto quanto necessario al funzionamento delle stesse;
- servizio di manutenzione Full Risk per il periodo di garanzia pari ad almeno 12 mesi solari, che decorrono dal giorno successivo al collaudo positivo delle apparecchiature, compresa di eventuali aggiornamenti tecnologici;
- tutte le spese, nessuna esclusa, per imballo, trasporto, scarico, montaggio, installazione, collaudo e messa in funzione delle apparecchiature ed eventuale ritiro e smaltimento delle apparecchiature obsolete da sostituire.

IMPORTO PRESUNTO DELLA PROCEDURA



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

L'importo complessivo presunto massimo per la fornitura in oggetto è pari a € 120.000,00 oltre IVA.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, svolta tramite il portale Sintel di ARIA – Regione Lombardia con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico.

Gli Operatori economici interessati a partecipare alla citata procedura di gara dovranno obbligatoriamente accreditarsi presso il portale Sintel, per conto dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta della miglior offerta avverrà a seguito della valutazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 50, comma 4, e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 con il seguente punteggio:

70 punti alla qualità

30 punti al prezzo

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FUTURA PROCEDURA

Saranno ammessi tutti quegli Operatori che manifesteranno il proprio interesse, a condizione che non rientrino nelle cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente a quella oggetto del presente avviso.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, codice civile.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con il presente avviso, questa ASST si prefigge lo scopo di individuare gli Operatori da invitare alla partecipazione alla futura procedura di gara.

Poiché la fornitura dell'ecotomografo in argomento è urgente, gli Operatori economici interessati alla fornitura di cui trattasi dovranno far pervenire **entro le ore 10,00 del giorno 20.09.2023** mediante l'apposita funzione della Piattaforma Sintel, la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di manifestazione d'interesse al servizio in argomento;
- 2) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo "Requisiti indispensabili", costituita da:



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

- schede tecniche/documentazione tecnica dell'ecotomografo in oggetto, attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo "requisiti indispensabili".

Si precisa che nella manifestazione di interesse non dovrà essere indicata alcuna offerta economica.

Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di prossima pubblicazione; pertanto, nel caso in cui la piattaforma richiedesse l'inserimento di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto).

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'amministrazione procedente.

L'ASST si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento della fornitura, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dall'ASST in occasione del successivo procedimento di gara.

Qualunque chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere richiesto **entro le ore 18.00 del giorno 08.09.2023** mediante le "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Sintel.

Nell'area "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale – sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", alla voce "Avvisi e bandi" è possibile consultare l'informativa aziendale in materia di privacy per i fornitori, in applicazione del Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente nell'ambito della manifestazione di interesse regolata dal presente avviso.

IL DIRETTORE

SC GESTIONE ACQUISTI

Dr. Enrico Gamba

(firma digitale)

Dipartimento Tecnico

Direttore SS Gestione acquisti

Il Responsabile Unico del Progetto – Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Algeri – tel. 035.267.4170 - @mail: dalgeri@asst-pg23.it